



18.07.19

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 192593 שקיות לסטריליזציה בקיטור וגז + שרוולים לסטריליזציה - תשובות לשאלות הבהרה

שאלה: לא צוין במפרט הטכני מאיזה חומר גלם ותקנים שבהם נדרש החו"ג לעמוד?
לצורך הגשת הצעת מחיר/דגמים שיעמדו בדרישותיכם מבקשים סרטוטים/ סכמות וחו"ג.
באם לא קיימים לספק תשובות לדרישות מעלה אבקש לקבל דגם שבעזרתו נוכל להעריך דברים
אלו.

תשובה: האריזות והשקיות נדרשות לעמוד בתקן ISO 11607 ו- EN 868-5 (התקן מגדיר את
כלל הנושאים), עם אינדיקטור כימי על גבי השקית הבודדת.
הספק יכול לקבל דוגמאות של סוגי הפריטים מיידית.

שאלה: האם הספק חייב להיות בעל ותק של לפחות שנה באספקת הפריטים או שמספיק שייצרן
המוצר יהיה בעל וותק?

תשובה: תנאי סף 5' ב' ללא שינוי: על המציע להיות בעל ותק של לפחות שנה באספקת פריטים
נשוא מכרז זה בלפחות שני בתי חולים בארץ. (יש לציין שמות המקומות בהם קיים שימוש בפריט
ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).

בנוסף לאמור יתווסף למכרז תנאי סף חדש (אשר יסומן 15') :
על היצרן להיות בעל ותק של לפחות שנתיים בייצור פריטים נשוא מכרז זה. (יש לציין שמות
המקומות בהם קיים שימוש בפריט ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).

שאלה: אבקש דחייה של חודש להגשת מועד המכרז מהסיבות הרשומות מעלה מקבלת התשובה.

תשובה: אין שינוי במועד הגשת המכרז - הפריטים הינם סטנדרטיים ומקובלים לאריזות ציוד
סטרילי בכל העולם.

את מסמכי המכרז המעודכנים ניתן למצוא באתר מנהל הרכש.

בכבוד רב,

יורם פלוי

מנהל יחידת מכרזים