



03.09.19

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 192620 לרכישת מתכלים ל-2 מכשירי פאקו + ויטרקטומי + לייזר לחדר ניתוח עיניים

שאלה: בדף הגשת המחירים והכמויות- האם הכמות 400 היא לכל מכשיר בנפרד או לשני המכשירים יחדיו? לדוג': האם בסה"כ בשנתיים עושים שימוש בפריט בשורה מספר 1 800 פעמים או 400?

תשובה: כמות 400 לשני המכשירים.

שאלה: האם ניתן להציע מחיר כולל לכלל הפריטים יחדיו מבלי לפרט את מחירו של כל מוצר בנפרד? כלומר מחיר כולל לשנה עבור הכמויות הרשומות?

תשובה: שלילי.

שאלה: מה תכולתו של ה-phaco pack

תשובה: קסטה, צינורות IRREGATION/ASPIRATION, שקית למסך, ערכת שרוולים לכיסוי טיפ פאקו, צינור אינפוזיה.

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים