

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

מכרז פומבי מספר 143/2019 - עדכון מס' 2
נושא: ערכות לכימות דנ"א

1. הרינו לעדכן את מסמכי המכרז שבנדון כדלקמן:
2. מצ"ב שאלות הבהרה ומענה שהוגשו למכרז.
3. **להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 29.12.19 שעה**

16:00.

4. ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי.
5. לידיעתכם.

בברכה,
עמוס מכלוף, רפ"ק
מדור קניות

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

מס"ד	מסמך	מספר העמוד	פרק סעיף פרק	שאלה	מענה
1	מפרט	6	טבלה א'-מדדי מדידה מס"ד 2	מה סוג הדגימה שישמש לבדיקה	הדגימה שתשמש לבדיקה תהיה דגימת ביקורת חיובית המסופקת במסגרת ערכת שכפול דנ"א הנמצאת בשימוש במעבדה
				האם יבדק הכמות המצופה מול הכמות שהתקבל	הכמות המצופה מהערכה הנבדקת בהתאם למיהול, תשווה לכימות שתתקבל בבדיקה.
				איזה דנ"א בריכוז ידוע ישמש לקביעת עקומת הכיול	דנ"א שמסופק עם ערכת השכפול הנמצאת בשימוש במעבדה (נכון ליום מסירת התשובה, Positive control 007 של חברת Applied Biosystem) בריכוז 2ng/ul.
				כציד יקבע R2	R2 יקבע באמצעות קו מגמה של תוכנת אקסל.
				כציד יקבע הכמות דנ"א שישמש לבדיקה	ריכוז הדנ"א ההתחלתי של דוגמת ביקורת זו תיקבע ע"י בדיקת כימות המשמשת כיום במעבדה (ערכת InvestigatorPro של חברת Qiagen).
2	מפרט	6	טבלה א'-מדדי מדידה מס"ד 3	כציד יקבע הכמות של 0.5 ננוגרם איזה דנ"א מטרה ישמש לקביעת ריכוז של 0.25 ננוגרם	להלן תיאור הבדיקה: שמונים דוגמאות מתיקים יבחרו ע"י המעבדה לשמש לבדיקה. הדגימות יכומתו באמצעות ערכת הכימות שנמצאת היום במעבדה, ערכת InvestigatorPro באמצעות מכשיר RT-PCR. אותן 80 דוגמאות מתיקים שיבחרו במעבדה לצורך הבדיקה,

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

יכומתו בערכה הנבדקת ואנו מתירים עד 8 דגימות בריכוז מתחת ל50.25ng/ul.					
היכולת לזהות דנ"א מפורק היא דרישה ולא יתרון	נבקש לציין יתרון לערכה בעלת יכולת לדיווח על דגרדציית DNA, עד כמה שרלוונטי מבחינת דרישות המעבדה.	סעיף 3	1	מפרט	3
לא. מדובר בתוכנה לחישוב כמויות השכפול לאחר הכימות. למעבדה אין צורך בתוכנה כזו. אנו משתמשים עם פיתוח פנימי	האם המעבדה תשקול שימוש ב DATA HANDLING TOOL שהוצע במכרז הקודם ושארפן השימוש בו מופיע בנספח 1 עמוד 70?	3.5.1	2	מפרט	4
היכולת לזהות דנ"א מפורק היא דרישה ולא יתרון.	נבקש לציין יתרון לערכה בעלת יכולת לדיווח על דגרדציית DNA, עד כמה שרלוונטי מבחינת דרישות המעבדה.	נספח א', סעיף 1 טבלה א'	6	מפרט	5
הדרישה שהמק"ט של משטרת ישראל יופיע בתעודת המשלוח ולא על הערכות עצמן	הערכות מיוצרות בחו"ל עבור כלל הלקוחות בעולם, לפיכך אינן מגיעות עם מק"ט משטרת ישראל.	8.1.8	4	מפרט	6
מקובל - שהצהרה תכלול רלוונטיות לכלל תקופת ההתקשרות	נבקש להעביר הצהרה ו/או התחייבות כוללת עבור כלל תהליך האספקה, האחסון והשינוע של חומרי הערכה במקום בכל אספקה או משלוח.	4.1	3	מפרט	7

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

מסמכי ה-MSDS ישלחו למעבדה במייל בעת כל אספקה.	היות ומרכיבי הערכה קבועים, נבקש להעביר מסמכי MSDS עבור כלל מרכיבי הערכה מבעוד מועד בפעימה אחת במקום בכל אספקה ומשלוח. לחילופין מסמכי ה-MSDS ישלחו למעבדה במייל בעת כל אספקה.	4.4	3	מפרט	8
ללא שינוי	נבקש כי בסוף הסעיף יבואו המילים: "ובלבד שתנאים אלו יתאמו למסמכי המכרז מבלי שיהא בכל כדי לשנות ו/או להוסיף תנאים שאינם מוסכמים"	11.2	13	מכרז	9
ללא שינוי	נבקש לעדכן את תקופת ההודעה החד צדדית בדבר סיום ההסכם, לתקופה בת 180 ימים.	13.4	14	מכרז	10
ללא שינוי	בתחילת הסעיף ירשם: "בכפוף למתן התראה כאמור להלן".	14.2.2	15	מכרז	11
ללא שינוי	בשורה הראשונה, לאחר המילים: "הנוזק/האובדן", תבוא המילה: "המוכחים".	14.2.2	15	מכרז	12
ללא שינוי	בתחילת הסעיף ירשם: "בכפוף למתן התראה כאמור להלן ובמקרה של הפרה יסודית בלבד".	14.2.3	15	מכרז	13
ללא שינוי	בשורה השלישית, לאחר המילים: "על חשבון	14.2.3	15	מכרז	14

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

	המפר", יבואו המילים: "ובלבד שניתנה לכך הסכמתו של הזוכה מראש" ובהתאם ימחקו המילים: "ולשתמש במסמכים, בצמוד" ועד לסוף הסעיף.				
ללא שינוי	מבוקש להבהיר כי ההתראה תהא 14 ימים מראש ובכתב.	14.2.3	15	מכרז	15
ללא שינוי	בשורה הראשונה, לאחר המילים: "לשאת באחריות", יבואו המילים: "על פי דין".	14.4	16	מכרז	16
ללא שינוי	בשורה הראשונה, ימחקו המילים: "לשביעות רצונה המלא" ובמקומן יבואו המילים: "על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו".	14.4	16	מכרז	17
ללא שינוי	נבקש כי בשורה הראשונה, יעודכן מניין הימים למתן הודעה ל- 14 ימים וכי ההודעה תהא בכתב.	15.1	16	מכרז	18
ללא שינוי	נבקש כי מניין הימים לתיקון ההפרה יעודכן ל- 21 ימים.	16.1	16	מכרז	19
ללא שינוי	מניין הימים למתן התראה יעודכן ל- 14 ימים.	17.4	17	מכרז	20
ללא שינוי	בשורה השלישית, לאחר המילה: "התחייבות", תבוא המילה: "ייסודית".	17.4	17	מכרז	21

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

22	מכרז	17	17.5	נבקש כי בשורה השניה, ימחקו המילים: "כל סכום שיחולט" ועד לסוף הסעיף.	ללא שינוי
23	מכרז	19	21	נבקש כי בסוף הסעיף יבואו המילים: "האמור לא יחול על מסמכים ו/או נתונים השייכים לזוכה ו/או שהינם כאלו הכוללים מידע סודי של הזוכה ו/או מי מטעמו".	ללא שינוי
24	מכרז	19	22.1.1	בשורה ברביעית, ימחקו המילים: "או בעקיפין".	ללא שינוי
25	מכרז	19	22.1.1	בסוף הסעיף יבואו המילים: "אלא אם גרמה לנזק בזדון ו/או ברשלנות רבתי".	ללא שינוי
26	מכרז	21	22.5.4	נבקש כי הסעיף ימחק. זאת לאור חוסר הסבירות לפיה התקשרות עם המשטרה בחוזה ספציפי, תהווה חסם למיזוג או מכירה של החברה.	לא מדובר בחסם אלא בבקשה לאישור מוקדם ע"י מ"י ובכל מקרה ככל שהמשטרה לא תאשר את המיזוג מבחינתה הרי שתהא רשאית המשטרה לבטל את ההתקשרות כאמור.
27	מכרז	14	13.2	תעודכן תקופת הנסיון לתקופה של 60 ימים, שכן לאור תקופת ההתקשרות כולה, הקבועה ל- 12 חודשים, אין סבירות לתקופת נסיון בת 9 חודשים.	ללא שינוי
28	מכרז	14	13.2	תכלל הבהרה לפיה בכל מקרה תשולם תמורה בגין מוצרים ו/או שירותים שסופקו. שאלו סופקו לשביעות רצון המשטרה	בכל מקרה תשולם תמורה בגין מוצרים ו/או שירותים ככל שאלו סופקו לשביעות רצון המשטרה

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124457, פקס: 097697837
כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

מכרז 143/2019 – ערכות כימות דנ"א- עדכון מס' 2

מקובל	נבקש להוסיף במקרה של אי הגשת חשבונית במועד, "למעט איחור הנובע מבעיה בפורטל".	14.2.1	14	מכרז	29
ללא שינוי	נבקש לשנות כי ערבות הביצוע תהא "ערבות שנתית מתחדשת" במקום "לרבות תקופות האופציה".	17.2	17	מכרז	30
ללא שינוי	נבקש להוסיף אפשרות שהצעת המחיר תוצע במט"ח, ולהוסיף "בהצעה הנקובה במטבע חוץ יהיה שער ההמרה שער החליפין היציג הידוע ביום האספקה".	6.6.7	8	מכרז	31