

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	בריאות
יחידה מזמינה:	הקיסר רפואי
תאריך:	30/7/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$51,300 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 בינואר 2020
מספרנו: יש/2020-0041
תיק: 12-1111, 2001

לכבוד
גב' גילי נעים
1 א

הנדון: הצטיינות 2020/ מלר"ד – חו"ד לרכישת משאבות עירו מזרק.

יש לרכוש המכשור הנדון בכמות של 38 יח.

משאבות עירו מזרק הנפוצות ביותר בבית החולים הינן מדגם ASENSA GH PLUS תוצרת (ALARIS) BD.

דגם זה מספק את המענה המתאים ביותר לדרישות העירו מהיבט קליני, מהיבט הסיעוד וכן מהיבט ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות לשימוש נכון ובטיחותי, כולל השימוש וההתאמה של הסטים, ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.

המכשור מתוצרת (ALARIS) BD נמצא המתאים ביותר לשימוש באספקט בטיחות חולה בדגש על שימוש בפרוטוקולים והצגת הנתונים הקריטיים על המסך, ובהתייחסות ללחצנים ברורים ורחוקים זה מזה ולבהירות ההצגה של התרופה והמינון (פרמטר מרכזי במיוחד במקרים של שימוש במספר רב של משאבות עירו בו-זמנית).

בהתייחסות לתוכנה וממשק המשתמש, מדובר במכשור מתקדם מבחינת פרוטוקולים וספריית תרופות אשר מתאים ליישום לתרופות קיימות ולתרופות חדשות, תוך מתן מענה למגוון הצרכים הקליניים של ביה"ח, בדגש על טיפול במטופלים קשים ומורכבים.

קיימת חשיבות קריטית לשמירה על אחידות ציוד העירו מטעמי בטיחות חולה ולמען המושך עבודה סדירה במחלקות השונות של המלר"ד, וזאת מתוך הסתכלות כוללת על מערך מכשור העירו בבית החולים כתחום חוצה מחלקות ונושאים קליניים.

יש למומש הרכישה בהתאם לכמות שנקבעה ע"י מלר"ד.

בברכה,
ד"ר יורם שקמוי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר אבי עירוני
ד"ר יורם שקמוי
גב' הינדי אנגלרד
מר דוד צרפתי