

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	בריאל
יחידה מזמינה:	הקפא רפואי - בית שני
תאריך:	11/2/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095071577	PABLO - מערכת לטיפול והערכה לגף עליון
2	1040014029	ALL-IN-ONE PC


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	22,800 יורו+מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

16 בינואר 2020
מספרנו: יש/2020-0029
תיק: 1-1113

לכבוד
גבי גילי נעים
כ.א.ר
נכבדתי,

הנדון: בי"ח שיקומי - חו"ד לרכישת מכשיר לאימון פלג גוף עליון

- אשרה רכישת המכשיר הנדון בכמות 2 יח' עבור אשפוז יום ועבור ריפוי בעיסוק. המכשיר מיועד לחולים שאינם זקוקים לתמיכה למשקל העצמי של הגפיים העליונות.
 - להלן הדרישות מהמכשיר:
 - * מכשיר אינטראקטיבי לאימון ומדידה של תנועת מפרקים בפלג גוף עליון.
 - * המכשיר מבצע מדידת כח וטווח תנועה לתצורות אחיזה שונות.
 - * המכשיר משמש לפשיטה, כיפוף, סופונציה/פרונציה של היד.
 - * חיבור BLUTUS למחשב לביצוע פעילות אינטראקטיביות שונות והצגת מדדים.
 - מומלץ לממש הצעת מחיר QQ200009 של חב' בפקס לדגם PABLO תוצרת Tyromotion הכוללת:
 - א. סנסורים שונים כמפורט להלן (פריט 1 בהצעה):
 - סנסור לחץ ליד
 - זוג סנסורי תנועה במרחב של הגפיים העליונות
 - סנסור כדורי לתרגול שורש כף-יד
 - אלמנט של קואורדינציה זוג הידיים בו-זמנית
 - ב. מחשב PC ייעודי המובנה במסך המכשיר.
 - אין מידע על מכשירים מתאימים אחרים. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך. תקופת אחריות לפחות 24 חודשים מיום השימוש בפועל. האחריות תכלול את כל הטיפולים תקופתיים למכשיר בהתאם להנחיות היצרן. ההזמנה תכלול ספרות הפעלה וישראל.

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לויט: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יורם שדמי
גבי איילה נוטה
מר ר. בן-אלי