

## מכרז 12099097 - תשובות לשאלות הבהרה

מס"ד	מס' סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	סעיף 2 ב'- תנאים מוקדמים	נבקש כי בית החולים ייצרף נוסח ערבות בנקאית	לאור המצב (קורונה) אין צורך בערבות
2	סעיף 2 ו'- תנאים מוקדמים	נבקש להוסיף לאחר המילה "כך" את המילים "למוצרי בנקי דם"	לא מקובל
3	סעיף 2 י'- תנאים מוקדמים	נבקש לקבל הסבר על הכוונה בסעיף זה	הצעת המחיר תהיה לפריטים ממלאי הספק (לא פוב)
4	סעיף 4 ב'- תנאי המכרז	נבקש לקבל הבהרה, האם ניתן לספק טפטפות בנפרד במידה והריאגנטים אינם כוללים טפטפות	ניתן לספק טפטפות בנפרד, ולו בתנאי שמתאימות לבקבוקון המסופק, ובוצעה הערכת נפח טיפה, ובאישור היצרן.
5	סעיף 4 ח'- תנאי המכרז	נבקש לקבל מידע לגבי הנפח הנדרש	במידה ומדובר בריאגנט שאינו נמצא בשימוש במעבדה או במעבדת בנק דם אחרת במדינת ישראל, יחידה מכל פריט כאמור.
6	סעיף 4 י'- תנאי המכרז	נבקש לקבל הבהרה מהו השינוי המקסימלי	100%
7	סעיף 5 ב'- הגשת ההצעות	נבקש לתקן לתנאי תשלום שוטף + 60 מתאריך החשבונית או לא ארוך משוטף + 60.	לפי תנאי התשלום המקובלים בביה"ח
8	סעיף 5 ה'- הגשת ההצעות	נבקש לקבל הבהרה מהו השינוי המקסימלי	תשובה בסעיף 6
9	ד'2	חברתנו החלה לייצג לאחרונה חברה בינ"ל ותיקה בתחום המכרז. החברה אותה אנו מייצגים פעילה בישראל שנים ארוכות. במהלך שנות פעילותה, הוצאו ע"י הנציגים הקודמים אישורי אמ"ר בהתאם לדרישות. מכיוון שאנו זמן קצר לאחר העברת הפעילות, טרם קיבלנו אישורי אמ"ר. אנו פועלים להשלים את האישורים במהרה מול יחידת האמ"ר במשרד הבריאות. משכך, נבקש כי יותר לנו להגיש בשלב הגשת המכרז את אישורי התקינה הבינלאומיים (FDA או CE) וכאשר יתקבלו אישורי האמ"ר, אנו נעבירם לוועדת המכרזים או לגורמים המקצועיים בביה"ח.	יש להציג מכתב רשמי של היצרן בגין מועד העברת הנציגות וכן אישור הגשת בקשה לאמ"ר בגין נשוא המכרז.
10	הצעת מחיר	האם תוכלו לשלוח את פורמט הצעת המחיר בקובץ WORD על מנת שנוכל להכניס את המידע לטבלת הצעת המחיר במחשב?	יש להגיש הצעה אקסלית בהתאם למסמכי המכרז

מס"ד	מס' סעיף במכרז	שאלה	תשובה
11	5 א'	האם ישנו נוסח ערבות נדרש? אם כן, נא להעביר לנו.	תשובה בסעיף 1
12	3. ב במפרט	האם ניתן להציע לא מונוקלונלי גם במקרים בהם הדרישה המיוחדת היא למונוקלונלי?	ניתן להציע, יש לקחת בחשבון כי בבחינת ההצעות תנתן עדיפות למונוקלונלי כפי שמופיע בתנאי המכרז.
13	4 ד בתנאי מכרז	מה הכוונה לבקרת איכות פנימית? האם לא די ב COA כנדרש בסעיף 4.ה?	מדובר בערכת ריאגנטית לבקרת איכות פנימית יומית
14	סעיף 3. מפרט המכרז – סעיף ב' – מס"ד 9	האם האנטיסרה ל Anti-E צריכה לעבור ריאקציה עם Ew?	רוב האנטיסרומים המסחריים ל E מזחים (בצורה חלשה) את הוריאנט הנדיר EW.
15	סעיף 3. מפרט המכרז – סעיף ב'	במידה ואין אנטיסרה מונוקלונלית, האם ניתן להציע אסטיסרות פוליקלונליים?	ניתן להציע, יש לקחת בחשבון כי בבחינת ההצעות תנתן עדיפות למונוקלונלי כפי שמופיע בתנאי המכרז.
16	סעיף 3. מפרט המכרז – סעיף ב' – מס"ד 40	נשמח לקבל הבהרה לדרישה: " מערכת בקרת איכות מתאימה לכלל הריאגנטים." האם ניתן יהיה להציע בקרות איכות גם במידה וקיימות בקרות איכות שאינן כוללות את כלל האנליטים המפורטים בטבלה?	כן
17	סעיף 4. תנאי המכרז – סעיף ג'	האם ישנו טופס התחייבות לחברה לפתיחת תיק אמר לפריטים שכרגע אין לנו רישום עליהם?	תשובה בסעיף 9
18	סעיף 4. תנאי המכרז – סעיף ה'	נשמח להבהרה מהם מסמכי בקרת האיכות המבוקשים? האם הגשת COA עונה על תנאי זה?	כן
19	סעיף 4. תנאי המכרז – סעיף ח'	נשמח לקבל אומדן של היקף הבדיקות לביצוע הערכה (אבלואציה)	במידה ומדובר בריאגנט שאינו נמצא בשימוש במעבדה או במעבדת בנק דם אחרת במדינת ישראל, יחידה מכל פריט כאמור.
20	סעיף 10	האם יש צורך בהדפסת כל המסמכים או שניתן למסור אותם בדיסק און קי?	אין צורך בהדפסת כל המסמכים, מומלץ הדפסת הצעות המחיר + אישורים.
21	2 – י'	נבקש הבהרתכם לסעיף זה	תשובה בסעיף 3
22	סעיף 4. תנאי המכרז – סעיף ג'	האם ישנו טופס התחייבות לחברה לפתיחת תיק אמר לפריטים שכרגע אין לנו רישום עליהם?	תשובה בסעיף 9
23	5 א	לפקודת מי הערבות הבנקאית?	תשובה בסעיף 1
24	3 ב סעיף 14	כתוב כמה יחידות אבל לא הכמות במ"ל	מינימום 5 מ"ל בדרך כלל פריט עם תוקף קצר ( 4 שבועות)
25	4 ד	מזה מערכת בקרת איכות פנימית?	תשובה בסעיף 13