

לכבוד

 באמצעות דוא"ל-
 שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 05/2020 לשירותי תחזוקה למערכת שילוח פנאומטית במרכז הרפואי הלל יפה חדרה- מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.			האם יש צורך בהוצאת ערבות על מנת לגשת למכרז?	לא
2.		עמ' 2	מועד הגשת המכרז- מבקשים לדחות בשבועיים את מועד הגשת המכרז	הבקשה אינה מתקבלת.
3.	א'	תנאי סף להשתתפות במכרז עמ' 4	למה הכוונה בביצוע התאמה/ שדרוג? האם הכוונה בהתאמה היא להסבת מערכת קיימת של יצרן X (היצרן הקיים) למערכת של יצרן Y (היצרן של הספק הזוכה)? מה לגבי שדרוג? במסגרת המכרז לא נדרש לבצע שום שדרוג של המערכת הקיימת ולכן לא ברורה הדרישה לניסיון ואם אכן נדרש על איזה ניסיון מדובר?	הכוונה היא לבצע התאמה למערכת הקיימת. בהקשר לסוגיית השדרוג הכוונה היא למרכיבים שאינם תקינים ונדרש להחליף אותם באחרים ובמידה וקיימים מרכיבים שבאמצעותם ניתן לייעל ולשפר את ביצועי המערכת, אזי שדרוג. מדובר על ניסיון בשדרוג מערכות.
4.	א'	תנאי סף להשתתפות במכרז עמ' 4	מהו פרק הזמן אחורה שניתן להציג ע"מ לעמוד בקריטריון המצויין בסעי' זה? 5 שנים אחורה? 10 שנים? יותר?	אין הגבלה של זמן.
5.	ב' ג'	הקדמה למפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16 הצהרת המשתתף והצעת המחיר עמ' 23	האם קיימים ברשות בית החולים כל סיסמאות והגיבויים העדכניים של תוכנת המערכת? האם קיימת מחויבות של הספק הקיים (או במלאי בית החולים) חלקי חילוף לתמיכה במערכת במיקרה הצורך במהלך תקופת המעבר?.	כלל הסיסמאות והגיבויים כולל תוכנות של המערכת נמצאים ברשות הספק הקיים. אותו כנ"ל לגבי מלאי חלקי חילוף הממוקם בחלון קדמי של בית החולים וניהול המלאי מתבצע באופן מלא ע"י הספק.

6.	ב'	1.3.3	השירותים במפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16	א. האם ניקוי טילים וחיטוי קווים הינה דרישה מחייבת לביצוע ע"י הספק הזוכה? או במילים אחרות האם במסגרת תכולת העבודה של הספק קיימת דרישה לחיטוי קווים ושילוחיות פעמיים בשנה? ב. כמה שילוחיות יש במערכת? ג. מהו אורך הקווים הכללי בבית החולים? ד. איך זה מתבצע כיום?	א. בהתאם להגדרות המכרז, הספק הזוכה מחויב בביצוע חיטוי קו על בסיס טילים ייעודיים לכך. תדירות החיטוי תתבצע פעם בחציון למטרת חיטוי הקווים ואף ניקוי הטילים. ב. כמות השילוחיות הקיימת היום הינה מעל 300. ג. אורך הקווים- לא ידוע. ד. איך מתבצע- עד היום לא בוצע.
7.	ב'	1.3.3	השירותים במפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16	חיטוי קווים- אנחנו מבקשים להבהיר כי נכון להיום אין טכנולוגיה ישימה לחיטוי קווים.	קיים טיל יעודי לחיטוי קווים בהתאם להנחיות היצרן.
8.	ב'	1.3.3	השירותים במפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16	שטיפת טילים- מבקשים לתקן כי שטיפת הטילים תתבצע על ידי עובדי בית החולים	שטיפת הטילים תתבצע באופן משולב ע"י היצרן בכל הקשור להגנה על הציפים ובהלימה לבחינה ולכשירות הטיל ולאחר מכן שטיפה באוטוקלב של האספקה הסטרילית בבית החולים.
9.	ב'	1.3.3	השירותים במפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 16	תיקוני טילים- מבקשים להוסיף המשפט להלן בסוף הפסקה הראשונה: למען הסר ספק, האמור לעיל אינו כולל נזק שנגרם לטילים כתוצאה משימוש לא נכון כגון אי סגירת מכסים וכד'	הבקשה מתקבלת.
10.	ב'	1.7.2	שירותי אחריות ותחזוקה, מפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 20	האם ניתן לקבל את רשימת המכלולים במערכת המותקנת כיום הנימצאים תחת אחריות ועד מתי האחריות הזו בתוקף?	האחריות של הספק תינתן אך ורק לעמדות החדשות שהורכבו בשנת העבודה 2019 במרחבי בית החולים, הכולל את העמדות במחלקות הר"מ: ניירולוגיה, טיפול נמרץ כללי, מלר"ד, פגייה ממוגנת.
11.	ב'	1.7.4	שירותי אחריות ותחזוקה, מפרט השירותים והדרישות לאספקתם עמ' 21	מהם תנאי הצמדת המחירים במיקרה של הארכת תקופת ההתקשרות (מימוש אופציה)	סעיף 12 להסכם מפרט את מנגנון ההצמדה, בהתאם להוראות התכ"ס.
12.	ג'	2	הצהרת המשתתף והצעת המחיר עמ' 24	מה כלול במסגרת המחיר לסעיף זה? תכנון, התקנה ואחריות? ללא התחנה עצמה המופיעה בהמשך בטבלה השניה?	נכון. המחיר בסעיף זה אינו כולל את התחנה עצמה ואת הרכיבים המופיעים בסעיף 16.5.5.
13.	ג'	4	הצהרת המשתתף והצעת המחיר עמ' 24	האם המחיר של הטיל כולל את 2 הציפים? ציפ אחד או ללא ציפ? האם זה כולל קידוד הציפים?	מחיר הטיל יכלול ציפ, גומיות, סקוטשים וכל המרכיבים בראיית השלם שיאפשרו תפעולו של הטיל ביעילות.



14.	ג'	1-2	הצהרת המשתתף והצעת המחיר טבלה 2 עמ' 24	לא ברור מהו ההבדל בין שורה אחת לשורה שתיים. ניראה ששורה אחת כוללת צנרת ועוד כמה דברים אבל בשורה שתיים מצויין גם צנרת, מה ההבדל? נא לפרט למה הכוונה ב"אביזרים לתחנת עבודה חדשה".	בשל טעות, סעיף 1 כולל צנרת שינוע. יש לתמחר את צנרת השינוע בסעיף 2 בלבד בטבלה זו. האביזרים לתחנת עבודה חדשה כוללים: צנרת מכופפת קו פיקוד: שרשור+כבל פיקוד (מטר רץ), אביזרי חיבור לתקרות וקירות, בהלימה לתכנון, סלסלה, מעמד לטילים וכל ציוד אחר הנדרש להפעלת התחנה ואינו מפורט כאמור ובהצעת המחיר. לשאר האביזרים הנדרשים לתחנת עבודה חדשה: צנרת שינוע PVC, תחנת עבודה, מפצל ו"צומת מאחסנת" יש לתת מחיר בהתאם לקבוע בטבלה בסעיף 16.5.5 בטופס הצעת המחיר.
15.	ג'	16.5.8	הצהרת המשתתף והצעת המחיר עמ' 24	במסגרת התאמת המערכת הקיימת ייתכן ונידרש להחליף מכלולים קיימים באחרים. מתן אחריות למכלולים הללו לשנתיים מפלה באופן קיצוץ בין הספק הקיים (שלא נידרש להחליף מכלולים ויגבה כספים רבים עבור חלקי חילוף למערכת מיושנת) לבין ספק אחר אשר נידרש להחליף את המכלולים בחדשים ובנוסף על כך גם לתת אחריות עליהם לשנתיים. אבקשכם לתקן סעיף מפלה זה.	הבקשה אינה מתקבלת.
16.	ד'	7	תשקיף משתתף-ניסיון עמ' 27	מהו פרק הזמן אחורה שניתן להציג ע"מ לעמוד בקריטריון המצויין בסעיף זה? 5 שנים אחורה? 10 שנים? יותר?	אין הגבלה של זמן.
17.	ה'	8	דוגמת הסכם-ביטוחים עמ' 30-31	אחריות מקצועית וחבות מוצר בהיקף הפרויקט החזוי אין כל צורך בסכומי הכיסויים המפורט במסמך. מבקשים כדלקמן: להסתפק בביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר בסך של 2,000,000 ₪	אין שינוי בנוסח הסעיף, אולם מובהר כי ניתן לערוך את הביטוח במסגרת ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר והדבר ולא יהווה הפרה של הסכם זה.
18.	ה'	8	דוגמת הסכם-ביטוחים עמ' 30-31	אחריות צד ג' גבול אחריות שלא יפחת מ-2,000,000 ₪	הבקשה נדחית.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.



בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן
תיק
ת.ת



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health