



18.03.20

לכבוד :

כלל המציעים :

**מכרז פומבי מס' 20001 לרכישת צלחות דיגום לחדרים**  
**נקיים – תשובות לשאלות הבהרה**

מס'ד	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	נספח א' סעיף 12	יש לשלוח הודעה כ 30 ימים במידה וישנה הגדלה או הקטנה של הצריכה.	אין שינוי בסעיף.
2	נספח א' סעיף 15א'	מדובר בצלחות דיגום לניטור חדרים נקיים, עם תוקף של כ 16 שבועות לערך ולכן לא ניתן יהיה להחזיר את הצלחות.	הסעיף מבוטל.
3	נספח א' סעיף 15ב'	כיוון שמדובר בצלחות דיגום לניטור חדרים נקיים עם תוקף של כ 16 שבועות לא ניתן יהיה להחזיר את הצלחות. יש לציין שאספקת הצלחות תתואם מול המכון לתרפיה תאית.	הסעיף מבוטל.
4	נספח א' סעיף 15ג'	כנ"ל	הסעיף מבוטל.
5	נספח ג' סעיף ז'	למעט מק"ט SDA – BD257662 – plates 90 mm – לצלחות אלו תוקף מעט קצר יותר בסביבות 10 שבועות. שאר הפריטים המשתתפים במכרז הינם בעלי תוקף של יותר מ 12 שבועות	מקובל.
6	נספח ג' סעיף ט'	הברקוד מכיל את כל נתוני הצלחת: מס' אצווה, מק"ט, תאריך תפוגה, מס' הצלחת מתוך כלל האצווה. הברקוד לא נוהל לשם ניהול מלאי אלא לצורכי זיהוי ובקרה	מקובל. סעיף זה אינו מחייב אך על הספק לעשות את מירב המאמצים לעמוד בסעיף.
7	נספח ד' סעיף 5	כיוון שמדובר בפריט עם תאריך תפוגה קצר יחסית. שמירת המלאי והאספקה תתואם מול המכון לתרפיה תאית על פי קצב הצריכה	מקובל.
8	נספח ו' סעיף 6	הצלחות המפורטות במכרז משמשות בשיגרה מגוון מפעלי פארמה, מעבדות שירות ומרכזי הכנות רוקחיות. נבקש להרחיב את את נסיון כמתן שירות גם לגופים אלו ולא רק למוסדות רפואיים.	מקובל. תנאי סף 4 יעודכן כדלקמן : ייעל המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך ה- 5 שנים האחרונות (2015-2019) באספקת פריטים נשוא המכרז בלפחות 2 מוסדות רפואיים ו/או

			מפעלי פארמה ו/או מעבדות שירות ו/או מרכזי רוקחות (יש לפרט בנספח תשקיף משתתף). אין שינוי בסעיף.
9	נספח ח' סעיף ג	יש לשלוח הודעה כ 30 ימים במידה וישנה הגדלה או הקטנה של הצריכה.	
10	נספח ט'	לא רלוונטי	אני שינוי בנספח – נא למלאו במידה ורלוונטי. אין שינוי בסעיף.
11	סעיף תנאים מיוחדים מס' 1	תנאי האספקה במחיר שיקלי.	
12	כללי	האם אפשרי להגיש הצעה מ-2 יצרנים (אנחנו וספק נוסף שאנו מייבאים ומוכרים את מוצריו)? כיצד להגיש זאת?	ככל והפריט המוצע בהצעת המציע עומד בתנאי המכרז, המציע יכול להגיש במסגרת הצעתו, פריט מסוים ממספר יצרנים. יודגש כי ככל ויוגש פריט מסוים מיצרנים שונים, ומחיר הפריט פר יצרן הינו דיפרנציאלי, על המציע לציין בהצעתו את מחיר היחידה ביחס לפריט פר היצרן הרלוונטי.
13	נספח א' סעיף 4א'	שאלתה על ניסיון אספקה ב-2 מוסדות רפואיים – אנו מבצעים גם דיגומים במוסדות רפואיים עם הפלטות שלנו (דוגם מוסמך שלנו מגיע עם הפלטות ודוגם את החדרים הנקיים עם הפלטות ומחזיר אותן אלינו לזיהוי). האם אפשרי להכניס מוסדות אלה גם כן?	תנאי סף 4 יעודכן כדלקמן: "על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך ה- 5 שנים האחרונות (2015-2019) באספקת פריטים נשוא המכרז בלפחות 2 מוסדות רפואיים ו/או מפעלי פארמה ו/או מעבדות שירות ו/או מרכזי רוקחות (יש לפרט בנספח תשקיף משתתף)."
14	נספח ב' חלק ב'	בהצעת המחיר (נספח ב', חלק ב' נתבקשנו לתת הצעה ל-4 פריטים, בהערכת כמויות מופיעים 3 פריטים. האם סוג הפלטה החסרה בכמויות היא SDA contact? מה הערכת הכמות?	כן.

בכבוד רב,  
 יורם הלוי  
 מנהל יחידת מכרזים