



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	
יחידה מזמינה:	מעבדות
תאריך:	27.11.19

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מערכת ALFRED 60 AST + HB&L מתוצרת חברת ALIFAX SRL איטליה היא מערכת דיאגנוסטית מתקדמת למעבדות בקטריולוגיות. ייחודה של המערכת היא הטכנולוגיה, ומהירות הביצוע, בהשוואה לשיטות הבקטריולוגיה הקלאסית הנהוגות היום. לא קיימת מערכת מתחרה בארץ המבוססת על טכנולוגיה זו. המערכת מיועדת לאיתור חיידקים פתוגנים בדגימות שתן ונוזלים אחרים כגון הכנות רוקחיות. רכש של הראגנטים הוא עבור מכשיר קיים של חברת ביוטרון, ואת הראגנטים הנ"ל רק ביוטרון יכולים לספק

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	ביוטרון
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	500107412
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,200,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	31.12.24 – 1.1.2020

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות


מערכת ALFRED 60 AST מתוצרת חברת ALIFAX איטליה היא מערכת דיאגנוסטית ייחודית מתקדמת למעבדות בקטריולוגיות. הטכנולוגיה המושתתת על מערכת לייזרים מאתרת בזמן אמת נוכחות חיידקים פתוגנים בדגימות שונות תוך ניצול זמן התגובה למצע הגידול הנוזלי לעומת חיידקים שאינם גורמי מחלות. המערכת עברה אבלואציה מקיפה לבחינת התאמתה לאיתור חיידקים פתוגנים בדגימות שתן והכנות רוקחיות ונמצאה בעלת רגישות וסגוליות גבוהים (> 98%). בעקבות זאת, המערכת הוכנסה לשימוש רוטיני של המעבדה המיקרוביולוגית החל מ-2013.

שימוש במערכת מאפשר איתור נוכחות חיידקים פתוגנים בדגימות שתן תוך 3.5 שעות ויתרה מזאת, מאפשרת לשלול דלקת בדרכי השתן ביום הדיגום (קיצור של 48 שעות במתן תשובה למטופלים), ובהכנות רוקחיות תוך 24 שעות בלבד לעומת השיטה הקונבנציונאלית (חמישה ימים להכנות רוקחיות). המערכת משמשת גם לצרכי מחקר בנושא רגישות חיידקים לאנטיביוטיקות ונמצאה מתאימה לזיהוי מנגנוני עמידות בחיידקים מתרביות דם חיוביות. בנוסף, הדגמנו במעבדה כי ניתן לבצע זיהוי חיידקים ישירות מתרביות שתן חיוביות ומשמעות הדבר דיווח סוג הפתוגן והתאמת הטיפול האנטיביוטי המיטבי למאושפזים במרכז הרפואי. רכש של הראגנטים הוא עבור מכשיר קיים של חברת ביוטרון, ואת הראגנטים הנ"ל רק ביוטרון יכולים לספק

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית	ד"ר שרית פרימן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית