13.1.2020

לכבוד

לירון דניאלי ורחל ברקוביץ

שלום רב

הנדון –ברגים חלולים לכירורגיה של היד

בכירורגיה של היד אנחנו משתמשים בברגים חלולים לקבוע שברים גם באצבעות, בעצמות שרש כף היד וגם בשברים תוך מפרקיים באיזור המרפק(!). בגלל גודל העצמות וחלקי השברים הקטנים אנחנו משתמשים בברגים בקטרים 2 ו2.5 ונשמח אפילו לקוטר קטן יותר. בתלות בשברים אנחנו משתמשים גם בברגים ללא ראש וגם בברגים עם ראש. אורך הברגים נע בין 12 ל50מ"מ

בסט HPS קיימים ברגים חלולים גם בלי ראש וגם עם ראש. מבחינתנו היתרון ברור – אין ברגים חלולים, עם ראש, בקטרים דומים אחרים ואנחנו מאד מרוצים מהברגים בלי הראש. לציין שחברת גזית, ספקית הסט, תוסיף לסט הקיים גם ברגים בקוטר 1.5מ"מ, חלולים כמובן וגם ברגים ארוכים יותר שיתאימו טוב יותר גם לאיזור המרפק.

מרפקים
c/בצעות

בברכה

דר' יונה יניב