

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	בריאות
יחידה מזמינה:	הרפואה (פוליא-מידיק)
תאריך:	11/2/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078812	MEDLEY 2 -LVP COMBINATION
2	1040016578	STAND


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$14,850 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

5 בינואר 2020
מספרנו: מב/2020-0004
תיק: 1-1111, 3000

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

**הנדון: הצטיידות 2020 / בי"ח לילדים –
חוו"ד לרכישת מערכת עירוי רב-ערוצית לכימותרפיה.**

א. רשימת הצטיידות – בי"ח לילדים 2020
ב. עש/2017-0146

בהתאם לסימוכין א' נדרש לרכוש המכשור הנדון בכמות של 2 יח'.

חלוקת המכשור תתבצע באופן הבא:

- מכון המטואונקולוגי ילדים – 1 יח'
- מח' המטו-אונקו' ילדים – 1 יח'

המכשור אשר נמצא המתאים ביותר הוא מערכות עירוי מודולריות מתוצרת BD-ALARIS. מדובר במערכת המורכבת מיחידה מרכזית (PC unit) ומשאבות עירוי נפחיות (מודולים) המתחברות ליחידה המרכזית באופן מודולרי. בין היתר, המערכת יכולה לשמש כמשאבת עירוי דו-ערוצית.

במוסד הרפואי למעלה מ-150 יח' כאלה לשימוש אונקולוגי והמטואונקולוגי.

בסימוכין בי ניתן הסבר לצורך העקרוני ולאישור כל גורמי הבי"ח הרלוונטיים, קרי ניהול סיכונים, בית המרקחת, מערך הסייעוד, הנהלת הבי"ח הכללי והנדסה רפואית, לרכישת המערכת מתוצרת BD-ALARIS – אישור התקף לכל שנדרש בקמפוס לטיפול בעירוי רב-ערוצי.

לאור הנ"ל, יש לראות ביצרן BD-ALARIS ספק בלעדי לרכישה זו.


יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 419000216 של חב' בקטלאב אשר תמומש באופן הבא:

- פריט 1 – יח' מרכזית (PCU 8015) – בכמות 2 יח'.
- פריט 2 – מודול משאבת עירוי ווליומטרית (LVP 8100) – בכמות 4 יח'.
- פריט 3 – עמוד נשיאה – בכמות 2 יח'.

הפריטים הנ"ל מהווים יחד שתי מערכות מלאות של עירוי דו-ערוצי.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621. ISRAEL


מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ניתנה תקופת אחריות של 5 שנים כמצוין בגוף ההצעה, החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.
יש לדרוש כי תקופת האחריות אכן תכלול ביצוע תקופתיים בהתאם להוראות היצרן, ולא כפי שרשום בהצעת המנחיר.


בברכה,
מיטל ביסטרלי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דרי יורם שדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי ורדית שמש-מיליגר
גבי סנדרה הוינו
גבי יעל ברטוב