

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	בריאה
יחידה מזמינה:	הנ"ל יס"א - שיו"א
תאריך:	17/2/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1096080106	SAFETY BOX FOR B.G PUMP BAG AND SYRINGE HOLDER
1	1095052684	PUMP VOLUMETRIC PCA-BODYGURD-545/575 COLOR VISION


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	א.ל אריאל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514832864
מספר ספק בשיבא	60601
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$16,380 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 בפברואר 2020
מספרנו: מב/2020-0054
תיק: 1014, 1111-12A

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: כירורגיה ב' / יח' השתלות – חו"ד לרכישת משאבות עירו למתן מורפין (PCA)

א. רשימת הצטיידות – כירורגיה ב'
ב. תכתובת מיום 28.1.2020

בהתאם לסימוכין א', נדרש לרכוש המכשור הנדון בכמות 2 יח' עבור פתיחת יח' השתלות במח' כירורגית ב'.

בכירורגית ב' מצויות בשימוש 5 משאבות עירו למתן מורפין מדגם P-5000 תוצרת ALARIS. מדובר בדגם מיושן אשר ייצורו הופסק ואיננו משווק עוד בארץ. כמו כן, לא ניתן יהיה להמשיך לתת שירות למכשור הקיים לאורך זמן היות והגיבוי שניתן ע"י היצרן בחלפים הופסק גם כן. אי-לכך, לא ניתן לתת מענה לצורך בתוספת של מכשור מהדגם המשמש כיום במח' כירורגית ב'.

לאור קביעת הגורמים המוסמכים בביה"ח בתחום בטיחות המטופל וניהול סיכונים (סימוכין ב'), קיימת חשיבות קריטית לשמירה על אחידות ציוד העירו למתן מורפין במחלקה הכירורגית בפרט ובמערך הכאב בכלל, וזאת על מנת להבטיח המשך שימוש סדיר, תקין ובטיחותי במכשור ה-PCA.

למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש תוספת של משאבות PCA חדשות עבור יח' השתלות, ללא החלפת כל מכשור ה-PCA הקיים במחלקת כירורגית ב'. כפועל יוצא, נדרשת רכישה של 7 משאבות PCA חדשות (החלפת 5 המשאבות הקיימות + תוספת 2 יח').

הדגם אשר נמצא המתאים ביותר לדרישות העירו הקליניות ואושר ע"י הגורמים הרלוונטיים במערך הכאב, בית המרקחת וניהול סיכונים, הינו BODYGUARD 575 מתוצרת CME, זאת על סמך בדיקה מעמיקה בפועל של כל החלופות בתחום מכשור ה-PCA (סימוכין ב').

יתרה מכך, הדגם BODYGUARD בגרסה המתאימה למתן אפידורל הוטמע בהצלחה כתחליף למשאבות P-5000 בחדר לידה, לשביעות רצונם המלא של צוות המשתמשים.

לאור הדברים, יש לראות ביצרן CME באמצעות נציגתו המקומית חברת "א.ל. אריאל שיווק טכנולוגיות רפואיות", ספק בלעדי לרכישה זו.


רצ"ב הצעת מחיר מס' PQ20000032 אותה יש למומש באופן הבא:

- פריט 1 – משאבה דגם BODYGUARD 575 – בכמות 7 יח'.

- פריט 2 – קופסת נעילה מפלסטיק קשיח הכוללת חיבור מותאם לעמוד עירו – בכמות 7 יח'.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

הערה:

במקביל לאספקת המכשור, יש לאסוף המשאבות הישנות ממח' כירורגית ב' ולהעבירם להנדסה רפואית.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : פרופי מרדכי גוטמן
פרופי איתן מור
ד"ר יורם שדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי ניצה פאר
גבי רונית עובדיה