

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

הבריאות	משרד:
הנזסה יפלא	יחידה מזמינה:
12/3/20	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095083341	N17 18.5" CAPACTIVE TS
3	1095080107	"N15: 15.6"" CAPACTIVE TS
2	1040018038	GCX VHM & M SERIES ARMS ADAPTER FOR N17/N15/N12

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ת.פ. / ת.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי הנשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 במרץ 2020
מספרנו: יש/2020-0113
תיק: 1008, 1120

לכבוד
גבי גילי נעים
כאן

הנדון: ניתוחי חזה/כלי דם – חו"ד לרכישת מוניטורים מתוצרת MINDRAY

בביה"ח כמות של 118 מוניטורים מתוצרת MINDRAY דגם T8.

אין כל גיבוי למוניטורים אלה.

בנוסף ייצור סידרת T הופסקה ותחתיה משוקת סידרת N.

על מנת לאפשר גיבוי נדרשת החלפת 9 מוניטורים מסידרת T דגם T8 בניתוחי חזה/כלי דם למוניטורים מסידרת N.

מימוש ההחלפה יסיים את הליך ההשבחה של מעי הניטור ויאפשר גיבוי לכל 118 המוניטורים הקיימים.

לציין כי המודולים והאביזרים בשתי הסדרות זהים כך שאין כל בעיה בהמשך הפעילות הרגילה.

רצ"ב הצעת מחיר חב' בפקס למימוש ההחלפה.

מאחר ומדובר בשימוש במודולים ובאביזרים הקיימים במחלקה ובתחנה מרכזית מתוצרת MINDRAY, מחוייב לממש ההחלפה מיצרן זה על כל המשתמע מכך. לא ניתן לחבר מוניטורים מיצרן אחר לתחנה ולא ניתן להשמיש במודולים הקיימים במוניטורים מיצרן שונה.

יש לממש הרכישה כאשר מקור תקציבי לרכישה מר יואל הר-אבן.

הבהרה:

עם הגעת המוניטורים לביה"ח ההחלפה תבוצע בתיאום עם צוות המחלקה.

תקופת אחריות 24 חודשים מיום השימוש.

בכרמל,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: מר יואל הר-אבן
פרופ' אלון בן-נון
ד"ר משה חלק
ד"ר יורם שדמי
מר עומר בהאא