



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	החקלאות
יחידה נזמינה:	אבחון ויראלי
תאריך:	28.01.2020

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
ערכה לאבחון מחלת לשון הכחולה ע"י זיהוי מקטע ה- RNA הייחודי לנגיף ה-BTV. (LSI VETMAX BTV NS3ALL GENO, cat. N BTVNS3)

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	58,954 ש"ח, כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	31.01.2020 – 31.01.2021

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ: מצורף מכתב בלעדיות מהייצרן

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

- חיפוש באינטרנט,

- בירור מול ספקים מקומיים (הורייזן ביוטק, ואלדן (ILEX))

2. ממצאי הבדיקה:

נמצא כי חברת הורייזן ביוטק מסוגלת לספק ערכות דומות תוצרת חברת IDVET. נמצא כי חברת אלדן ציוד מעבדות (ILEX) מסוגלות לספק ערכות דומות תוצרת חברת Qiagen. קבלנו דוגמא מחברת הורייזן ביוטק ורכשנו ערכה אחת להתנסות מחברת אלדן. ערכות אלה נבדקו מול מערכת בה אנו משתמשים בשגרה – מחברת LSI - שנוציגה בישראל הינה חברת רניום. ערכנו שלוש בדיקות (בזמנים שונים), כל אחת בת 3 חזרות (לכל בדיקה) אגב שימוש באותם התנאים באותו הזמן וע"י אותו טכנאי (עובד מעבדה).

נמצא כי התוצאות של המערכות המוצעות ע"י חברת הורייזן ביוטק וחברת אלדן אינן מניבות תוצאות

עקביות. נמצא כי, התוצאות של המערכת המוצעת ע"י חברת רניום מניבה תוצאות עקביות

3. נימוקים והערות נוספות

ערכה איבחונית לזיהוי מחלה הלשון הכחולה בשיטת ה- Real time PCR ע"י הגברת מקטע RNA הייחודי לנגיף ה- BTV
1. מחלה הלשון הכחולה - BTV – הינה מחלה רשומה אותה אנו נדרשים לנטר. ההתפרצויות בישראל תכופות וגורמות לנזקים כלכליים משמעותיים.
2. הערכה אותה אנו מבקשים לרכוש נמצאת אצלנו בשימוש זמן רב והיא היחידה שעברה ולידיעה במעבדתינו.
3. נעשת בחינה בתחילת שנת 2018 של שתי ערכות המקבילות המוצעת ע"י ספקים אחרים (אלדן ציוד מעבדות והורייזן ביוטק) – הן נמצאו בלתי מתאימות מאחר והן לא מצליחים לזהות זנים מסויימים נגיף של כחול הלשון.
4. ניטור אמין של המחלה הינו כורח בלתי מתפשר הן לשם שליטה על נזקי המחלה – ברמה המקומית, והן לשם שימור הסחר עם מדינות זרות – ברמה הבין-לאומית

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר וליזר בומברוב	וירולוג ממונה אבחון מחלות אקזוטיות ומחלות ארבו.	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה