

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קבראל
יחידה מזמינה:	ג"ח ע"פ
תאריך:	3/3/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1040014045	FOT SOFTWARE OPTION LICENSE KEY
1	1040014037	PRICO-CNV CLOSED LOOP CNTRL FIO2


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,500 יורו+ מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

13 בינואר 2020
מספרנו: יש/2020-0024
תיק: 1115

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש
נכבדתי,

הנדון: בי"ח לילדים – חו"ד לרכישת מכשיר הנשמה

א. מכרז מס' מצ/11699551
ב. דוא"ל דרי איתי פסח מיום 13.1.2020 וגבי מרינה ליפשיץ מיום 13.1.2020

בהמשך לסימוכין בי יש לממש רכישת מנשם מדגם FABIAN בהתאם לתוצאות המכרז שבסימוכין אי על מנת להחליף מכשור שהושבת.

מדובר ברכישת כמות של 2 יח' עבור:

א. מח' פגים

ב. מח' ט.ג. ילדים

הרכישה תמומש באמצעות הרחבת המכרז שבסימוכין אי כאשר יש לחוסיף:

א. יכולת כיוון אוטומטי של ריכוז חמצן באמצעות סנסור סטורציה PRIVO-CNV

ב. יכולת מדידת לחצים ע"מ לאפשר כיוון PEEP באופן אופטימלי – FDT SOFTWARE.

התוספות מפורטות בהצעת המחיר הרצי"ב אותה יש לממש בכמות 2 יח' מכל פריט.

מאחר ומדובר בתוספת ייחודית למנשמים הקיימים יש לראות היצרן ונציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן 24 חודשי אחריות לתוספות כמקובל במוסד.

בבטחה
דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוי: הכתובת+הצעה

העתיקים: דרי איתי פסח
פרופ' גידו פרה
פרופ' ציפי שטראוס
דרי יורם שדמי
גבי מרינה ליפשיץ