

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(מכיל)
יחידה מזמינה:	מכיל
תאריך:	15/3/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1099010670	.SENSOR SPO2 ADULT REUS
6	1099010654	CABLE 3M PRESSURE F/ADULT
5	1096115761	CABLE 5 LEAD GRABBER
4	1096115753	LEAD SHIELDED GRABBER
9	1095083135	INTELLIVUE MICROSTREAM EXTENSION
1	1095083127	INTELLIVUE MMX
10	1040017998	B06 ADD DUAL IBP , TEMP
	1040017980	EASY CARE ADULT KIT - 4 SIZES
3	1040017972	M1663A CBL 10 LEAD ECG TRUNK AAMI/IEC 2M
2	1040017964	C12 CONVENTIONAL 12 LEAD ECG

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

25 בפברואר 2020
מספרנו: יש/2020-0074
תיק: 2001

לכבוד
גבי גילי נעים
241

נכבדתי,

הנדון: מלר"ד – חו"ד לרכישת מודולים תוצרת PHILIPS

דוא"ל מיום 16.2.2020

בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המודולים כדלקמן:

מודול 12 לידים INTELLIVUE MMX – בכמות 4 יח' – הצעת מחיר מס' 202501458.

מודול ENT02 – בכמות 1 יח' – הצעת מחיר 202501460.

רצ"ב הצעות מחיר חבי מדטכניקה לרכישת המודולים המבוקשים אותן יש לממש.

המוניטורים הקיימים בשימוש במלר"ד הינם מתוצרת PHILIPS. לא ניתן להשתמש במודולים מיצרן אחר ויש לראות היצרן ונציגתו ספק יחיד לרכישה זו.

הבהרה:

חבי מדטכניקה התחייבה לבצע שדרוג למוניטור ללא תמורה על מנת לאפשר שימוש במודול INTELLIVUE MMX.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר אבי עירוני
ד"ר יורם שדמי