

מדינת ישראל
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 18.5.2020

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 1/2020

נושא: אספקת אולטרא צנטריפוגה עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 31.5.2020 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>**

ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	1.א.7 (מפרט טכני) "יכולת סירקוז גבוה למהירות מינימלית של 90,000-rpm"	מהו הכח המינימלי הנדרש (xg) ?	לא משנה.
2.	עמוד 32 נספח 12 – כתב אחריות	המזמין מתבקש להוסיף בסיפת הסעיף את המשפט הבא: "אנו לא נהיה אחראים לנזק שייגרם ע"י כוח עליון, שבר, הפעלה או שימוש לא תקין/ה או שלא על פי הוראות היצרן או הספק, התנהלות רשלנית או בזדון".	מאושר להוסיף: "אנו לא נהיה אחראים לנזק שייגרם ע"י כוח עליון או שלא על פי הוראות היצרן או הספק או התנהלות בזדון".
3.	עמוד 8 סעיף 7 - מפרט טכני	מה גובה המהירות המקסימלית הנדרשת לרוטור?	בסעיף 7(1) נקבעה מהירות מינימלית, אין מגבלה למהירות מקסימלית.
4.	עמוד 8 סעיף 7 - מפרט טכני	האם יש צורך ברוטור FIXED או SWING ולא יזהו נפח כל אחד מהם?	קיימת אפשרות של אחת מבין השניים FIXED או SWING נפח כרשום במפרט - ללא שינוי.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

רו"ח רחל ירום
חשבת מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני
רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה