

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(הכרטיס)
יחידה מזמינה:	רע. צ'ולאני
תאריך:	30/4/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095045928	BLOOD OXIMETER OXICOM-2100
2	1094460847	CUVETTE DC-80 F/OXICOM 2000

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין                      \_\_\_\_\_ שירותים                      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר ח.ב. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד                      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$13,174 + מע"מ





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

27 באפריל 2020  
מספרנו: יש/2020-0232  
תיק:

דחוף

לכבוד  
גבי גילי נעים  
**פאן**

נכבדתי,

**הנדון: צנתורים – חו"ד לרכישת WHOLE BLOOD OXIMETER**

דוא"ל פרופ' עמית שגב מיום 26.04.2020

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
  2. מדובר במכשיר ייחודי הבודק סטורציה בדם מלא, תוך מתן התוצאה בפרק זמן של פחות מ-10 שניות. כמות דגימת הדם הנדרשת הינה מזערית ועומדת על 0.5ml.
  3. מומלץ לממש רכישת דגם OXICOM-2100 (מק"ט 1095045928) תוצרת WATER מחבי לבנט.
  4. בצינתורים ובצינתורי ילדים מצויים מכשירים זהים אשר מתפקדים לשביעות רצון המשתמשים. על מנת לשמור על אחידות המיכשור, מטעמי גיבוי הדדי בבית החולים ומטעמי שימוש בקיווטות ייחודיות זהות, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד.
- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים למכשיר החל מיום השימוש בו בפועל.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתק: פרופ' עמית שגב  
ד"ר יורם שדמי  
מר האני האג-יהיא