

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	וגניאל
יחידה מזמינה:	מרכז ביטוח (א"ש)
תאריך:	22/3/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095084257	אולטראסאונד זגם ACUSON REDWOOD

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_  
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	נבו מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514508712
מספר ספק בשיבא	45000
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$76,710 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





3/19/2020  
כ"ג/אדר/תש"פ

לכבוד  
ועדת מכרזים  
המרכז הרפואי שיבא  
כאן

**הנדון: נימוק ספק יחיד – רכש מערכת US פרמיום - ACUSON Redwood - (נבו מדיקל) לטובת המרכז לבריאות האישה**

המרכז הרפואי "שיבא", יוצא לרכש מערכת US לטובת המרכז לבריאות האישה "מרכז מירב", המערכת מיועדת לאבחן גושים סרטניים ב- כחלק מהליך הבדיקה. בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות רבות העוזרות באבחון גושים ממאירים בשד באמצעות US. בחודשים האחרונים נבחנה מע' US של חברת סימינס ונמצאה מתאימה ובעלת מאפיינים ייחודיים העונים על הצרכים של המחלקה בשיבא. להלן מספר מאפיינים המבדלים את המערכת

1. המערכת מאפשרת שימוש בחומר ניגודי-BOOBLES תחת US
2. המערכת מאפשרת אבחון באמצעות תוכנה שנקראת אלסטוגרפיה
3. חוויית משתמש – המערכת נוחה לעבודה, ידידותית והתמונה איכותית מאוד
4. עקומת למידה – מערכות US של סימינס קיימות במערך ועקומת הלמידה היא רק בנוגע לחידושים שהוזכרו לעיל

לאור היתרונות שהוזכרו לעיל, אבקש מחברי הועדה לראות במערכת הנ"ל וחברת נבו מדיקל כספקית יחידת.

בברכה,  
סלים בדר  
רנטגנאי ראשי  
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא