

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

	משרד החקלאות
מכון וטרינרי	יחידה מזמינה/מכון:
14/05/2020	תאריך חוות דעת:
	בקשה מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

מחלת שחפת הבקר הינה מחלה מדבקת, זואונוטית ובעלת פוטנציאל לגרום נזק כלכלי הרסני למשק שנדבק. אבחון המחלה בבעי"ח (ante-mortem) מבוסס על שתי שיטות מוכרות ע"י הארגון הבינלאומי למחלות בעי"ח – OIE. השיטה הראשונה, שיטת הטוברקולין, הינה בעלת רגישות נמוכה וניתנת לביצוע פעם בחודשיים בלבד. הבדיקה השנייה, בדיקת גמה-אינטרפרון, בעלת מספר יתרונות: אחד, גילוי של מספר גדול של בעי"ח אשר מתפספסים ע"י שיטת הטוברקולין; שתיים, גילוי מוקדם יותר של בעי"ח נגועים (כשבועיים מההדבקה, לעומת כחודשיים מההדבקה במבחן הטוברקולין); שלוש, זוהי בדיקת ex-vivo משמע ניתן לחזור על הבדיקה בתדירות גבוהה כיוון שאין כל השפעה של בדיקה אחת על הבדיקות החוזרות; ארבע, בעוד שמבחן הטוברקולין מסורבל ודורש משאבים רבים (שני ביקורים של צוות רופאים וטרינרים לפחות, ריסון של בעי"ח פעמיים), בדיקת הגמה-אינטרפרון הינה בדיקה מעבדתית אשר דורשת דגימת דם בלבד. יתרונות אלו באים לידי ביטוי בקיצור משמעותי בזמן הדרוש לניקוי עדר בו המחלה התפרצה או גילוי מוקדם של המחלה, תוך חסכון במשאבים וצמצום סיכון הפצת המחלה לשאר העדר, עדרים אחרים ובן הסיכון לבריאות הציבור. בדיקת הגמה-אינטרפרון מומלצת ע"י OIE וכן ה-USDA בארה"ב וה-EFSA באירופה כבדיקה משלימה למבחן הטוברקולין. כיום מתמודד השירותים הווטרינרים בניקוי עדר אחד נגוע מזה שנה בשחפת הבקר בארץ. בנוסף בשנה האחרונה לפחות פעמיים התגלתה המחלה בעגלי פוטום מיובאים. כמו כן, עלה החשד במחלה במספר מקרים נוספים בבקר ישראלי. על כן יש צורך להעמיד את שיטת הגמה-אינטרפרון כבדיקה משלימה ואף אלטרנטיבית למבחן הטוברקולין שמהווה כיום המבחן היחיד הזמין לשירותים הווטרינרים לאבחון שחפת הבקר. לפני כשנה פנינו לוועדת המכרזים בבקשה לאשר רכישה של שתי ערכות, BOVIGAM המיובאת באמצעות חברת רניוס וערכה ID Screen Ruminant IFN-g המיובאת באמצעות חברת הורייזן ביוטק. שתי ערכות אלו הינם הנפוצות בשימוש בעולם. נמצא כי ערכת BOVIGAM בעלת רגישות גבוהה יותר ויכולת לגלות מספר גדול יותר של בעי"ח נגועים. בנוסף, נמצא כי **ערכת BOVIGAM הינה הערכה היחידה שמוכרת ע"י ה-OIE**. כיוון שלמחלת שחפת הבקר יש השלכות רגולטוריות הן על המשק הנגוע והן על סטטוס העדר הישראלי כולל בנושא סחר בעי"ח ומוצרים מן החי, זה **חיוני** כי האבחון ייעשה באמצעות ערכה שעברה הכרה והסמכה ע"י ארגון ה-OIE, אשר מסדיר את תחום אבחון מחלות כבעי"ח בשו"ט והערכה עברה ולידציה. אנו פונים לוועדת המכרזים בבקשה לאשר רכישה של שלוש ערכות BOVIGAM עם 30 פלטות כל אחת, במסגרת הזמנה פתוחה למשיכה עפ"י צרכי המעבדה, בפטור ממכרז מאחר והערכה מיוצרת ע"י חברת THERMO SCIENTIFIC בלבד, אשר מיוצגת בארץ ע"י הספק הבלעדי רניוס.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממלתי מוסמך אחר: כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים) – התקשרות להספקת

שם הספק:	רניום
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שויי ההתקשרות כולל מע"מ:	50,022 ש"ח, כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	31/12/2021- 01/06/2020


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ .
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
3. נימוקים ודעות נוספות.

<p>1. קריאת ספרות מקצועית לרבות אתר ה-OIE (מבנים מומלצים לשחפת הבקר, רשימת ערכות מוכרות ומוסמכות ע"י הארגון), דוח EFSA ו-USDA. התייעצות עם הספק, התייעצות עם היצרן.</p> <p>2. א. שתי הערכות הנפוצות בשימוש כיום הושו. ערכת ה-BOVIGAM גילתה תוצאות טובות יותר מהערכה תוצרת IDVET בצורה של מספר גדול יותר של בע"ח שאובחנו.</p> <p>ב. ערכת BOVIGAM הינה היחידה אשר עברה הכרה והסמכה של ה-OIE לאבחון שחפת כבקר.</p> <p>ג. עפ"י הספרות המקצועית ערכת BOVIGAM מראה תוצאות טובות יותר מערכת IDVET הן ברגישות (מסי בע"ח נגועים שמתנלים) והן בספציפיות (מסי תוצאות אמתיות).</p> <p>3. ספק ערכה BOVIGAM הוא חברת רניום שהוא הספק הבלעדי של יצרן בארץ.</p>

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,

	מנהל המעבדה לבקטריוλογία המכון הווטרנרי	ד"ר שלמה בלום
חתימה	תפקיד המאשר	שם המאשר