



23.06.20

לכבוד:

כלל המציעים:

**מכרז פומבי מס' 202801 - לרכישת מתכלים לפריטי דימות CT**  
**MRI + – הודעת עדכון**

1. הכמויות המשוערות לשנה לפריטים במכרז עודכנו - נספח ב' חלק ב' (הצעת המחיר).
2. מצ"ב נספח ב' חלק ב' (הצעת מחיר) מעודכן, על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ב' חלק ב' (הצעת מחיר) המעודכן בלבד.
3. מצ"ב נספח ג' (מפרט טכני ודרישות) מעודכן.

בכבוד רב,  
יורם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים

**הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מתכלים לפריטי דימות CT + MRI**

**מכרז פומבי מס' 202801**

- המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו. ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות המופיעות על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס זה, ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.
- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הן לא תילקחנה בהשוואת המחירים.
  - יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
  - ש.ר.א.ל תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.
  - למרת"א שמורה הזכות לחלק את הזכייה בין מס' מציעים.

**מתכלים - מכון קרינה-רדיותרפיה + רפואה גרעינית (איזוטופים) MRI+**

מס'	שם הפריט	מק"ט מרת"א	מק"ט יצרן	כמות משוערת לשנה	מטבע	מחיר יחידה	סה"כ
1	צינורית להזרקה 1.5 מ' לפחות חד פעמי, עם 2 אל חוזרים לכל נבדק	6017100096		12,840			
2	סט צינורות להזרקה רב פעמי, עם 4 אל חוזרים DOUBLE SYRINGE SET	6017100095		1,800			
3	סט בוכנות MRI, בוכנה אחת-115 סמ"ק, בוכנה שנייה- 65 סמ"ק	6017100044		1,800			
4	סט בוכנות ל- PET MR (60 סמ"ק כל בוכנה)	6044400001		600			

הערכת מתכלים (ללא התחייבות): סה"כ 100 בדיקות שצריך PATIENT LINK ב- 24 שעות

**מתכלים ל- CT**

מס'	שם הפריט	מק"ט מרת"א	מק"ט יצרן	כמות משוערת לשנה	מטבע	מחיר יחידה	סה"כ
1	EXT. TUBE -סט הזרקה חד פעמי לכל נבדק	6020400344		16,800			
2	סט בוכנה רב פעמי לעד 24 שעות	6020400348		1,440			
3	סט צינורות הזרקה רב פעמי (עד 24 שעות)	6020400349		1,440			
4	מזרקים ל-CT דו ראשי- סט מיון	6017100083		360			

הערכת מתכלים (ללא התחייבות): סה"כ 90 בדיקות ב- CT מכון ו- 45 בדיקות ב- CT מיון

שם החברה (הסוכן): \_\_\_\_\_ שם היצרן (הספק): \_\_\_\_\_  
 הכתובת: \_\_\_\_\_ הכתובת: \_\_\_\_\_  
 טלפון ופקס: \_\_\_\_\_ טלפון ופקס: \_\_\_\_\_  
 איש קשר: \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

**מפרט טכני ודרישות למכרז פומבי מס' 202801**  
**לרכישת מתכלים לפריטי דימות CT + MRI**

הפריטים יתחלקו ל- 3 קבוצות עיקריות:

**1. סט בוכנה -**

- א. CT סט בגודל 200 סמ"ק, מתאימה למזרק של חברת מדרד וגם של חברת נמוטו ולכל סוגי המזרקים בשימוש בית חולים איכילוב.
- ב. בוכנות ל MRI – (סט הכולל בוכנה 115 סמ"ק + 65 סמ"ק + מזרק 1 ייחודי ל- PET MR סט בוכנות של 60 סמ"ק כל אחת).  
 \* ניתן להציע אורך של יותר מ- 1.5 מ' בתנאי שהצינורית ספירלית (מסולסלת).

יש להציע מחיר לפריט חד פעמי ורב פעמי.

**2. EXT. TUBE -**

- א. CT- חד פעמי, 1.5 מ' אורך (מפוצל או שלם), לחץ מינימום: PSI 300, קוטר: CM10/ML0.2, עם 2 אל חוזרים (CHECK VALVE).
- ב. MRI: חד פעמי, 1.5 מ' אורך (שלם), קוטר: -1.5- CM10/ML 0.08 עם 2 אל חוזרים.

**3. סט צינורות להזרקה רב פעמי, DOUBLE SYRINGE SET**

- עדיפות תינתן לשימוש של עד 24 שעות) – מתחבר ל 2 בוכנות של מזרק אוטומטי אחת לחומר ניגוד והשני לסליין.
- א. CT- לחץ: PSI 325, אל חוזר (CHECK VALVE) - מינימום 4
- ב. MRI- אל חוזר (CHECK VALVE) - מינימום 3, חיבור לחומר הניגוד אשר לא יעלה מעל אורך 6 ס"מ (קצר ככל שניתן).

יש לציין תכונות מיוחדות בפירוט בצרוף חומר טכני רלוונטי מהספק ובמידה ויימצאו.