



16.06.20

לכבוד :

כלל המציעים :

## **מכרז פומבי מס' 202801 - לרכישת מתכלים לפריטי דימות CT**

### **CT + MRI - תשובות לשאלות הבהרה**

1. מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.
2. מצ"ב נספח ב' חלק ב' (הצעת מחיר) מעודכן, על המציע להגיש את הצעתו על גבי כתב נספח ב' חלק ב' (הצעת מחיר) המעודכן בלבד.
3. מצ"ב נספח ג' (מפרט טכני ודרישות) מעודכן

תשובת מרת"א	השאלה	מספר הסעיף	נספח	מס"ד
ניתן להגיש הצעה על צינורית חד פעמית ארוכה מ-1.5 מ' בתנאי שהצינורית ספירלית (מסולסלת).	מבוקש לאפשר במסגרת הצעת המחיר גם תמחור לצינורית להזרקה בגודל של 2.5 מ' חד פעמי עם 2 אל חוזרים לכל נבדק. לחילופין, מבוקש לתקן את פריט מס' 1 בטבלת מתכלים למכון קרינה רדיותרפיה + רפואה גרעינית (איזוטופים + MRI)	מתכלים למכון קרינה רדיותרפיה + רפואה גרעינית (איזוטופים + MRI)	נספח ב' - חלק ב'	1
החיבור של סט ההזרקה הקבוע (לשימוש עד 24 שעות) יהיה אוניברסלי ויוכל להתחבר לכל סוגי הבוכנות.	המזרקים של הרפואה הגרעינית (איזוטופים) + רדיותרפיה משתמשים/מתחברים למתכלים של ה-CT. נא הבהרתכם ותיקון הבעיה המובנית בעניין זה.	מתכלים למכון קרינה רדיותרפיה + רפואה גרעינית (איזוטופים + MRI)	נספח ב' - חלק ב'	2
הכוונה הנה לשימוש של <u>עד</u> 24 שעות.	לאור האמור בסעיף 3 במפרט הטכני לפיו "עדיפות תינתן לשימוש של 24 שעות", מבוקש לאפשר במסגרת הצעת המחיר גם תמחור לסט בוכנה וסט צינורות הזרקה רב פעמי למשך פחות מ-24 שעות.	מתכלים ל-CT	נספח ב' - חלק ב'	3
ניתן להגיש הצעה של סט הכולל בוכנות וסט רב פעמי בתנאי שניתן יהיה להתחבר עם צינורית חד פעמית מכל ספק שאנו נבחר.	חברתנו מספקת סט בוכנות וסט צינורות רב פעמי ביחד כחלק מקיט יומי. מבוקש לאפשר (כפי שהיה במכרז פומבי מס' 172058 בשנת 2017) הגשת הצעה עם הקיט הנ"ל.	מתכלים ל-CT	נספח ב' - חלק ב'	4
סט הבוכנות עבור מזרקים	קיימת אי התאמה בין הפריטים	סעיף 1	נספח ג'	5

ל-CT צריך להתאים לכל סוגי המזרקים, מדוד, נמוטו וכ"י.	הנקובים בטופס הצעת מחיר (נספח ב' – מתכלים ל-CT) לבין האמור בסעיף 1 לנספח ג' לפיו עבור סט בוכנה "יש להציע מחיר לפריט חד פעמי ורב פעמי". נא הבהרתכם.			
אין שינוי בסעיף.	מבוקש כי הטובין ייבדקו ויאושרו על ידי המזמין תוך זמן סביר מראש ועד 14 ימים לפני מועד אספקת הטובין	3	נספח ז' תנאים כלליים להספקת טובין	6
אין שינוי בסעיף.	מבוקש להבהיר ולהוסיף לסעיף כי הספק אינו אחראי ולא יישא בעלות נזק ו/או הפסד כתוצאה ממגרעת ו/או ליקוי ו/או פגם שיתגלה בטובין לאחר מסירתו לידי המזמין ו/או לידי בא כוחו ו/או כתוצאה ממעשה זדון ו/או מחדל ו/או רשלנות של המזמין ו/או בא כוחו.	4	נספח ז' תנאים כלליים להספקת טובין	7
אין שינוי בסעיף.	לאחר המילה "ההסכם" מבוקש להוסיף את המלים "ובלבד וניתנה לספק האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש".	2	נספח ז' תנאים כלליים להספקת טובין	8
אין שינוי בסעיף.	מבוקש להוסיף בשורה הרביעית לאחר המילים "אם ניתנה אורכה כזאת" את המילים "והספק לא החליף את הטובין הנדרש על ידי המזמין תוך 48 שעות". מבוקש להוסיף בשורה השישית לאחר המילה "מהתחייבויותיו" את המילים "ובלבד שניתנה לספק האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן סביר מראש".	(1)6	נספח ז' תנאים כלליים להספקת טובין	9
הנספח יישים ומדבר בעד עצמו.	נא הבהרתכם למה הכוונה בסעיף והאם הנספח רלבנטי למכרז.	2א'	נספח ט' הנחיות לגבי הנחות	10
נספח יב' - " ניטור שרשרת אספקה – שאלון / דו"ח מבדק לספק" הינו נספח המצורף לכלל מכרזי בית החולים, במידה והשאלה אינה רלוונטית נא לסמן זאת בטבלה בעמודת " לא רלוונטי".	מבוקש להבהיר מהו נספח יב' ומה הצורך שלו למכרז שעה שמדובר בצידוד מתכלה.		נספח יב'	11
נספח יב' - " ניטור שרשרת אספקה – שאלון / דו"ח מבדק לספק" הינו נספח המצורף לכלל מכרזי בית החולים, במידה והשאלה אינה רלוונטית נא לסמן זאת בטבלה בעמודת " לא רלוונטי".	ככל שהנספח רלבנטי - נא הבהרתכם האם המציע צריך למלא את הטבלה בנספח יב' או רק הספק הזוכה.		נספח יב'	12
נספח יב' - " ניטור שרשרת	ככל שהנספח רלבנטי - נא		נספח יב'	13

<p>אספקה – שאלון / דו"ח מבדק לספק" הינו נספח המצורף לכלל מכרזי בית החולים, במידה והשאלה אינה רלוונטית נא לסמן זאת בטבלה בעמודת " לא רלוונטי".</p>	<p>הבהרתכם האם ההתייחסות לנספח יב' צריכה להיות התייחסות ספציפית לרכיבים נשוא המכרז.</p>			
<p>אין שינוי בסעיף.</p>	<p>מבוקש להוסיף אחרי המילים "נחלת הכלל" את המילים "ו/או מעצם טבעם ו/או על פי דין אינם חסויים".</p>	<p>2</p>	<p>נספח הצהרת סודיות ללא פגות תוקף</p>	<p>14</p>

בכבוד רב,  
 יורם הלוי  
 מנהל יחידת מכרזים

תאריך: \_\_\_\_\_

**הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מתכלים לפריטי דימות CT + MRI**

**מכרז פומבי מס' 202801**

המזיע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו. ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות המופיעות על גבי טופס זה בלבד.

מזיע שלא ימלא טופס זה, ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הן לא תילקחנה בהשוואת המחירים.
- יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
- ש.ר.א.ל תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.
- למרת"א שמורה הזכות לחלק את הזכייה בין מס' מציעים.

**מתכלים ל- מכון קרינה-רדיותרפיה + רפואה גרעינית (איזוטופים) MRI+**

מס'	שם הפריט	מק"ט מרת"א	מק"ט יצרן	כמות משוערת לשנה	מטבע	מחיר יחידה	סה"כ
1	צינורית להזרקה 1.5 מ' לפחות חד פעמי, עם 2 אל חוזרים לכל נבדק	6017100096		12,840			
2	סט צינורות להזרקה רב פעמי, עם 4 אל חוזרים DOUBLE SYRINGE SET	6017100095		11,780			
3	סט בוכנות לMRI, בוכנה אחת-200 סמ"ק, בוכנה שנייה- 100 סמ"ק	6017100044		11,780			
4	סט בוכנות ל- PET MR	6044400001		600			

הערכת מתכלים (ללא התחייבות): סה"כ 100 בדיקות שצריך PATIENT LINK ב- 24 שעות

**מתכלים ל- CT**

מס'	שם הפריט	מק"ט מרת"א	מק"ט יצרן	כמות משוערת לשנה	מטבע	מחיר יחידה	סה"כ
1	EXT. TUBE -סט הזרקה חד פעמי לכל נבדק	6020400344		16,800			
2	סט בוכנה רב פעמי לעד 24 שעות	6020400348		1,440			
3	סט צינורות הזרקה רב פעמי (עד 24 שעות)	6020400349		864			
4	מזרקים ל-CT דו ראשי- סט מיון	6017100083		360			

הערכת מתכלים (ללא התחייבות): סה"כ 90 בדיקות ב- CT מכון ו- 45 בדיקות ב- CT מיון

שם החברה (הסוכן): \_\_\_\_\_ שם היצרן (הספק): \_\_\_\_\_  
 הכתובת: \_\_\_\_\_ הכתובת: \_\_\_\_\_  
 טלפון ופקס: \_\_\_\_\_ טלפון ופקס: \_\_\_\_\_  
 איש קשר: \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

**מפרט טכני ודרישות למכרז פומבי מס' 202801**  
**לרכישת מתכלים לפריטי דימות CT + MRI**

הפריטים יתחלקו ל- 3 קבוצות עיקריות:

**1. סט בוכנה -**

- א. CT סט בגודל 200 סמ"ק, מתאימה למזרק של חברת מדרד וגם של חברת נמוטו ולכל סוגי המזרקים בשימוש בית חולים איכילוב.
- ב. בוכנות ל MRI – ( סט הכולל בוכנה 100 סמ"ק + 200 סמ"ק + מזרק 1 ייחודי ל- PET MR סט בוכנות של 60 סמ"ק כל אחת).  
 \* ניתן להציע אורך של יותר מ- 1.5 מ' בתנאי שהצינורית ספירלית (מסולסלת).

יש להציע מחיר לפריט חד פעמי ורב פעמי.

**2. EXT. TUBE -**

- א. CT- חד פעמי, 1.5 מ' אורך (מפוצל או שלם), לחץ מינימום: PSI 300, קוטר: CM10/ML0.2, עם 2 אל חוזרים (CHECK VALVE).
- ב. MRI : חד פעמי, 1.5 מ' אורך (שלם), קוטר: -1.5- 0.08 CM10/ML עם 2 אל חוזרים.

**3. סט צינורות להזרקה רב פעמי, DOUBLE SYRINGE SET**

- עדיפות תינתן לשימוש של עד 24 שעות) – מתחבר ל 2 בוכנות של מזרק אוטומטי אחת לחומר ניגוד והשני לסליין.
- א. CT- לחץ: PSI 325, אל חוזר (CHECK VALVE)- מינימום 4
- ב. MRI- אל חוזר (CHECK VALVE)- מינימום 3, חיבור לחומר הניגוד אשר לא יעלה מעל אורך 6 ס"מ (קצר ככל שניתן).  
 יתרון ליותר מאל חוזר אחד.

יש לציין תכונות מיוחדות בפירוט בצרוף חומר טכני רלוונטי מהספק ובמידה ויימצאו.