

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאה
יחידה מומינה:	תקרי ניגח
תאריך:	27/5/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1106017487	PADGETT MODEL S HANDPIECE

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	צמל 2B
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	51351991
מספר ספק בשיבא	23164
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$16,080 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

25 במאי 2020  
מספרנו: יש/2020-0283  
תיק:

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

**הנדון: ח.נ מרכזי- חו"ד לרכישת דרמטומים**

בשימוש פרופ' חאייק בחדר הניתוח דרמטום דגם S, תוצרת Integra.  
2 מכשירים נשלחו לתיקון אצל היצרן. (מס"ד 1625, 1674).  
המענה שניתן כי אין כדאיות כלכלית לתיקון.  
המכשור יושבת.  
רצ"ב הצעה למכשור חלופי מדגם זהה (רצ"ב התייחסות פרופ' חאייק).  
יש לממש הרכישה בהתאם למסר של פרופ' חאייק מיום 25.5.2017 התקף גם עתה. (רוחב 10.16 ס"מ). מדובר במכשור  
סטנדרטי בחדר הניתוח ולפיכך יש לשמור על אחידותו.  
רצ"ב הצעת מחיר למימוש.  
ניתן לראות את היצרן Integra ספק בלעדי לרכישה.  
יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ- 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+ הצעת מחיר  
העתקים: פרופ' יוסף חאייק  
ד"ר דינה אורקין  
ד"ר יורם שדמי  
גב' לירון דניאלי- פור