

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכריאל
יחידה מזמינה:	ספ / חגי / זיה
תאריך:	27/5/20

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1098705247	STANDARD WALL CHANNEL 19
1	1095061966	MONITOR FETAL AVALON FM30
2	1040019044	AVALON FM20/30-FLUSH WALL MOUNT
4	1040017733	ROLL STAND KIT FOR PHILIPS AVALON FM20/30 MONITOR


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 באפריל 2020
מספרנו: יש/2020-0168
תיק: 5-1120

לכבוד
גבי גילי נעים
כ.א.ב

הנדון: קורונה נשים/חדר לידה - חו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

דוא"ל מיום 31.3.2020

עבור קורונה נשים/חדר לידה נדרשת כמות של 2 יח' של מוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני ופנימי של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ תוך רחמי (IUP), לחץ דם לא תודרני וסטורציה של היולדת (האם).

דגם AVALON FM-30 תוצרת חברת PHILIPS הינו הדגם המתאים לנדרש מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS המצויה בחדר לידה לתיעוד, לאיסוף ולאיתוזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, מצוי בחדר לידה וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית.

לצורך הרכישה יש לממש הצעות מחיר 202502615 + 20250716 על כל סעיפיהן בכמות 2 יח'.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חברת PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חברת מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות למשך 24 חודשים מיום קליטת המכשור בביה"ח.

ד"ר יורם שדמני
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט' תכתובת + הצעת מחיר

רעות קים: פרופ' אייל סיוון
ד"ר אורית מורן
ד"ר יורם שדמני
גבי אורית הורוביץ