

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

הגברא	משרד:
מתקן סגים	יחידה מזמינה:
27/5/20	תאריך:

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095084323	I-STAT ALINITY ANALYZER

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)</b>	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

רניום	<b>שם הספק:</b>
511642449	<b>מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה</b>
2201	<b>מספר ספק בשיבא</b>
_____ ספק יחיד    _____ ספק חוץ	<b>ספק זה הינו:</b>
\$14,950 + מע"מ	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
24 חודשים	<b>תקופת ההתקשרות</b>





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

18 במאי 2020  
מספרנו : יש/0270-2020  
תיק :


לכבוד  
גבי גילי נעים  
כאן  
נכבדתי,

**הנדון: מח' פגים – חו"ד לרכישת Blood Analyzer**

- א. דוא"ל מיום 14.5.2020
  - ב. דוא"ל ד"ר דולמן מיום 17.5.2020
  - ג. אישור מערכות מידע מיום 15.01.20
1. בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.  
2. דרישות המערכת:
    - א. מערכת Point Of Care המופעלת באמצעות סוללות.
    - ב. המערכת תכלול את הבדיקות הבאות: גזים בדם, כימיה, המטולוגיה (המטוקריט, המוגלובין) וקרישה (ACT).
    - ג. האנליזה תבצע באמצעות איסוף של 2-3 טיפות דם.
  3. המערכת היחידה העונה לדרישות היא i-STAT Alinity תוצרת Abbott point of care. בהתאם לסימוכין ב', נדרשת מערכת המסוגלת לביצוע הבדיקות בדגימות דם בסדר גודל מיזערי. ניתן להתייחס ליצרן ונציגו כספק בלעדי לרכישה מאחר ומדובר ביכולת בלעדית מתוצרת Abbott point of care לביצוע הבדיקות באמצעות טיפות דם בודדות.
  4. דגם i-STAT Alinity הינו הדגם העדכני מתוצרת היצרן. ומצוי בשימוש בביה"ח בשתי הגירסאות, העדכנית והקודמת. כאשר ההבדל בין הדגמים מתבטא בממשק המשתמש ומעבר למסך מגע צבעוני. בנוסף, בדגם i-STAT Alinity לא ניתן לבצע, נכון להיום, בדיקות PT/INR, PTT ומדדים קרדיאליים נוספים.
  5. מצורף אישור מערכות מידע מיום 15.01.19.
  6. מומלץ לממש הצעת מחיר מיום 18.5.2020 של חברת רניום למכשיר (מכשור קבוע) ומארוזי מחסניות ח"ד בלבד. מארוזי מחסניות ומתכלים יש לרכוש בהתאם לצרכי המעבדה מעבר למוצעת עתה.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621. ISRAEL

מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל



טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה בכמות של 1 יח.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתקים: פרופי ציפי שטראוס  
ד"ר רם דולמן  
ד"ר יורם שדמי