

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הגב' אור
יחידה מזמינה:	מאג' סוסט'יק
תאריך:	17/6/20

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081030	MINI LED HI INT LIGHT SYS CLIP COOL (BATT CTR PK & (UNIV
3	1040016677	DOVE TAIL LIGHT ADAPTER SURGITEL LIGHT TO ZEISS LOUPES
4	1040015539	ALUMINUM LOUPE AND LIGHT CASE 3.0
2	1040014342	TTL (UNIVERSAL)STURDY DOVE TAIL ADAPTE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)


עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	גד מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514882844



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

8 ביוני 2020
מספרנו: יש/0299-2020
תיק: 1019, 1117

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מח' פלסטיקה – חו"ד לרכישת מנורת מצח למשקפי ניתוח.

תכתובת מיום 7.6.2020

בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישת מנורת מצח בכמות של 3 יח' אשר תשמש את פרופ' חאייק וצוותו בחדר ניתוח.

בסימוכין מבקש פרופ' חאייק לרכוש מכשור תאורה מתוצרת SURGITAL, אשר הותאם ספציפית למשקפי ידן חדר הניתוח האישיים שלו (נפריט 3 בהצעה) ובנוסף מיועד להעברה למשתמשים אחרים (נפריט 2 בהצעה).

רצ"ב הצעת מחיר מס' 4032 מחברת "גד מדיקלי" הכוללת את פריטי המכשור הבאים מתוצרת SURGITAL:

- מנורת LED בעלת שתי עדשות: 75,000 lux, 5,700 kelvin.
- שתי סוללות נטענות – הסוללה מספיקה ל-7 שעות עבודה.
- כבל הטענה
- מתאם בין מקור האור למשקפי הניתוח של פרופ' חאייק
- מתאם אוניברסלי
- מארז לפריטים הנ"ל

מומלץ לממש הצעת היצרן SURGITAL במלואה, המספקת את המענה המתאים ביותר עבור המשתמש פרופ' חאייק הן מבחינת איכות התאורה והן מבחינת נוחות העבודה הנדרשת.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה במעבדה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוח: הצעת מחיר-סימוכין

העתקים: פרופ' יוסף חאייק
ד"ר אריאל טיסונה
ד"ר יורם שדמי