

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	11161031
תאריך:	17/6/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095084877	ARTROMOT - K1 STANDARD

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	דין דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמיתה	511509168
מספר ספק בשיבא	1411
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	42,880 שח+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

[illegible]

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

את דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דר' יורם שדמי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 ביוני 2020
מספרנו: יש/0298-2020
תיק: 1004, 1130-4

לכבוד
גבי גילי נעים
כאן
נכבדתי,

הנדון: אורטופדיה – חו"ד לרכישת CPM ברוך

דוא"ל מר חנניה שרון מיום 28.2.2020
בקשת ד"ר לוינקופף מיום 7.6.2020

בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 3 יח.

מר חנניה שרון הבהיר כי לחבי ARTROMOT המייצרת את דגם K-1 STANDART היתרונות הבאים על פני דגם SPECTRA תוצרת KINETEC מהיבט בטיחותי, בטווח התנועה, בקלות השימוש ובחסכון בזמן.

א. היפוך תנועה בעת התנגדות.

ב. Warm-Up – עלייה הדרגתית בטווח של 15 חזרות

ג. העברת המכשיר למצב נור לנשיאה (מעבר בין מטופלים).

ד. אפשרות חיטוי (שימוש ב-ח.ג.).

ה. קיום זיכרון לפי שם מטופל המאפשר שמירת פרמטרי הטיפול.

מסר זה הועבר לחבי חגי המשווקת את מוצרי KINETEC שבהחירה כי מסכימה עם המסרים של חנניה שרון על כל המשתמע מכך.

לנוכח זאת יש לממש הרכישה לדגם K-1 STANDART בהתאם להצעת חבי דין הרצ"ב, לפריט 1 בלבד בכמות 3 יח.

החזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות ואחריות למשך 24 חודשים מיום הקבלה בפועל.

תשופת האחריות תכלול את כל הטיפוליים הקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בבית
ד"ר יורם שחמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לכ"י: סימוכין-הצעת מחיר

הערה: ד"ר מוטה לוינקופף
ד"ר יורם שחמי
מר חנניה שרון