

משרד:	מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
יחידה מזמינה:	אלקו כפוף
תאריך:	11.6.20

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
הבקשה הנוכחית מתייחסת לרכש של ריאגנטים להפעלת מערכת לרצוף דנ"א מסוג IONS5 שהיא מערכת מסוג ריצוף מהדור השני (Next Generation Sequencing) של חברת תרמופישר.
המערכת נרכשה למעבדה בשנת 2018 והיא משמשת לקביעת פרופילים גנטיים של מוצגים מזירות עבירה או לזיהוי גופות אלמונים. מדובר בשוק ייחודי וייעודי שאינו תואם לדרישות מעבדות קליניות רפואיות, הריאגנטים המבוקשים הם פיתוח מותאם לצורך התחום הפורמי (HID Human Identification).

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	תרמופישר / מיוצגים על ידי חברת רניום בישראל
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 31000
תקופת ההתקשרות:	שנה

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)**

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות


<p>האפשרות לריצוף דנ"א במערכות מסוג NGS במעבדות הפורמיות (זיהוי פלילי) בעולם מתחלקת בין שני ספקים: חברת תרמופישר (מיוצגת על ידי רניום בישראל) וחברת אילומינה (דרך חברת Verogen שהיא חברה בת לצורך השוק הפלילי) המיוצגים בישראל על ידי דניאל ביוטק.</p>
<p>מערכת הריצוף של חברת אילומינה שונה בבסיס הטכנולוגי שלה שמאפשר ריצוף על סמך סמנים פלוראסנטים בעוד שמערכת הריצוף הקיימת במעבדה מבוססת על שינויי PH. שתי המערכות לא מדברות באותה שפה ולכן לא ניתן למצוא חלופה לראגנטים על ידי החברה המתמרה.</p>
<p>ריאגנטים אחרים לריצוף דנא הקיימים בשוק ואינם מותאמים לצורך הפורנזי לא יכולים להיות בשימוש שכן אינם עומדים בדרישות התיקוף הבסיסיות של המעבדה.</p>
<p>לסיכום, אין ריאגנטים אחרים שהמערכת יכולה לפעול באמצעותם פרט לאלו של היצרן. לעניין זה מדובר בספק יחיד.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

לאור הנימוקים שמבית לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב.

המרכז הלאומי לרפואה משפטית
ד"ר נורית בובליל
מנהלת מעבדה ביולוגית

 חתימה	מנהלת מעבדות- המכון לרפואה משפטית תפקיד בעל הסמכות המקצועית	ד"ר נורית בובליל שם בעל הסמכות המקצועית
---	--	--