



23 ביולי 2020
 ב' באב תש"פ
 2000-2002-2020-0007744

הנדון: מכרז לרכישת דחסן - תשובות לשאלות הבהרה

<p>עלות החלפים, ככל והחלפים אינם חלק מהטיפולים המונעים/שוטפים, תהא בכפוף לאישור בכתב מטעם המרכז הרפואי, ובהתאם למחיר הספק, כנגד הוצאת הזמנת עבודה על ידי המרכז הרפואי</p>	<p>במסגרת המכרז הינכם מבקשים מתן שירותי תחזוקה לדחסן קיים. נבהיר כי מבדיקתנו את הדחסן אשר נערכה לפני כחודש, יש לבצע בדחסן מספר רב של תיקונים (כמפורט בהצעת המחיר שהועברה לכם), וכדלקמן: א. החלפת סדן, בוכנות ומגש. ב. שיפוץ רצפת סדן ומכולה, דיפון צדדים עד לגובה 30 ס"מ בסדן ובמכולה. ג. בדיקת משאבה וביטול נזילות. ד. החלפת ארון חשמל וסלקטור, ותושבת מנוע. ה. צבע כללי לדחסן. יש להבהיר כי שירותי התחזוקה ייתנו בכפוף להתחייבות המרכז הרפואי לבצע את התיקונים כמפורט לעיל – על חשבון המרכז הרפואי.</p>	<p>עמוד 3, סעיף 1.5 – שירותי תחזוקה לדחסנית אינטגרלית קיימת בנפח 16 מ"ק.</p>	<p>1</p>
<p>אין שינוי באופן הגשת הצעת המחיר.</p>	<p>נוכח העובדה כי קבלת שירותי התחזוקה מעבר ל- 12 החודשים, ולשירותי התחזוקה לדחסן הקיים מוגדרים כאופציה, מדוע הם נלקחים בחשבון בשקלול ההצעה הזוכה? המרכז הרפואי יכול לבחור שלא לקחת אפשרויות אלו, ובפועל לשלם סכום גבוה יותר בגין מחיר הדחסן, לאור השקלול של הרכיבים אשר ממילא לא הוזמנו על ידו. לכן, נבקשכם לקבוע מראש האם ברצונכם להזמין את שירות, אם לאו – שכן האופציה משפיע על המחיר שיוצע גם עבור הדחסן. בנוסף, ככל שלא תתקבל בקשתנו כאמור בסעיף 1 לעיל להתחייבותכם "ליישור קו" לדחסנית הקיימת, המציעים יידרשו להוסיף עלות זו למחיר שיוצע, ובהתאם יושפע על שקלול ההצעה הזוכה.</p>	<p>עמ' 3 סעיף 2</p>	<p>2</p>



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל

The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited
by Joint Commission International

הלשכה המשפטית

<p>הבקשה מקובלת, מצ"ב מסמכי מכרז מתוקנים.</p>	<p>חברתנו עוסקת בייצור ושיווק דחסניות אשפה מזה <u>למעלה מ- 20 שנה</u>.</p> <p>בחודש 12/2012 התקשרה חברתנו בהסכם לפיו מכרה את פעילות הדחיסה הנייחת לצד ג', עם התחייבות שלא להתחרות בתחום זה לתקופה של 5 שנים.</p> <p>משהסתיימה תקופת אי התחרות, במהלך שנת 2018, חזרה מרשתי לייצר ולשווק דחסנים – כדוגמת הדחסן נשוא המכרז.</p> <p>נוכח האמור לעיל, מבוקש לתקן את נוסח הסעיף כך שיירשם:</p> <p>המציע סיפק במהלך 3 השנים (2017-2019) לכל הפחות 6 דחסנים מסוג הדחסן המוצע (ולא 2 בכל אחת מהשנים). לחילופין להציג ניסיון של 2 דחסנים בכל שנה בין השנים 2018 – 2020.</p> <p>בהתאם מבוקש לתקן ההצהרה בעמ' 6 סעיף 5.1.</p>	<p>עמוד 4, סעיף 4.7</p>	<p>3</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>יש להבהיר כי האחריות וכן שירותי התחזוקה אינם כוללים תיקונים שהינם תוצאה של פגעי טבע ו/או כוח עליון ו/או שריפה ו/או תאונה ו/או גניבה ו/או חבלה ו/או נזק מצד ג' ו/או תאונה או מקרה רכוש שמכוסה בביטוח רכוש ע"י הלקוח ו/או הפעלה לא נכונה של הדחסנית ע"י המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו ו/או בניגוד להוראות יצרן ו/או זדון או רשלנות בשימוש בצידוד מצד המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו ו/או תקלות ו/או הפרעות ברשת החשמל הארצית או של המבנה ו/או תקלות הנובעות מתקלות חשמליות בלוח המספק זרם לדחסנית וכן הוצאות הובלת הדחסנית למפעל הספק וחזרה, ככל שלא ניתן לבצע את הטיפול ו/או התיקון במכרז הרפואי.</p>	<p>עמוד 8</p>	<p>4</p>



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל

The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited
by Joint Commission International

הלשכה המשפטית

	כמו כן, יש להוסיף התחייבות של המרכז הרפואי לתקן ולבצע טיפולי תחזוקה אך ורק אצל הספק. חברתנו לא תוכל להיות אחראית לציוד אשר תוקן ו/או תוחזק אצל ספק אחר.		
הבקשה מקובלת ובלבד ומדובר בהוראות סבירות.	יש להוסיף את התחייבות המרכז הרפואי לטפל לתחזק את הדחסן בהתאם להוראות היצרן.	עמ' 10 סעיף 1	5
הבקשה מקובלת ובלבד ומדובר בהנחיות סבירות.	יש להוסיף את התחייבות המרכז הרפואי לבצע את כל עבודות הכנת התשתית לצורך הצבת הדחסן – בהתאם להנחיות אשר ייתנו ע"י הספק.	עמ' 10 סעיף 2.3	6
הבקשה מקובלת.	יש לתקן ל-60 יום מיום קבלת הזמנת הרכש מהמרכז הרפואי ו/או חתימת המרכז הרפואי על הסכם זה.	עמוד 11 סעיף 3.2	7
הבקשה אינה מקובלת אך המרכז הרפואי ישתדל ככל הניתן להפנות קריאות שירות בשעות ובימי הפעילות המקובלות של הזוכה.	במקום 17:00 אנחנו מבקשים עד 16:00 בימי חול, ובימי שישי וערבי חג במקום 13:00 עד 12:00. מבוקש להבהיר כי השירות לא יינתן בחגים ובימי שבת.	עמוד 11 סעיף 4.1	8
הבקשה מקובלת.	מבוקש לתקן לשעתיים במקום שעה.	עמ' 11 סעיף 4.2	8
הבקשה לא מקובלת.	מבוקש להוסיף "כנגד הזמנה של קריאת שירות בסך של 750 ₪"	עמ' 11 סעיף 4.3	9
הבקשה אינה מקובלת.	מבוקש לתקן כך שכל קריאות השירות יענו תוך זמן סביר, ובמקרה של תקלות המשביתות את הפעלת הדחסן – בתוך יום עסקים אחד. נבהיר כי לא סביר לשלוח מישהו למרכז הרפואי באותו היום כשקריאה נפתחת בשעה 10:45, הוא יגיע רק ב-14:00 לפוריה. עוד נבהיר כי יש לסייג האמור בסעיף אך ורק לתקלות המשביתות את פעילות הדחסן, וכי במקרה של תקלות אחרות ייתן מענה במסגרת סידור העבודה הרגיל של הספק.	עמוד 11 סעיף 4.4	10
הבקשה אינה מקובלת.	במידה ולא ניתן יהיה לתקן את הדחסן במקום הצבו, המרכז הרפואי יעביר את	עמ' 11 סעיף 4.5	11



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל

The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited
by Joint Commission International

הלשכה המשפטית

	הדחסינית על חשבונו למפעל הספק בנשר או בפתח תקווה.		
12	קנסות יש להוסיף רק במקרה איחור להגעה בתקלה המשביתה את הדחסינית.	עמ' 11 סעיף 5.1	הבקשה אינה מקובלת, קנסות יינתנו במקרים חריגים בלבד לאחר מתן התראה.
13	מבוקש לבטל הדרישה לערבות שאינה מקובלת במכרזים מסוג זה. מבלי לפגוע בבקשה לבטל הדרישה, וככל שהבקשה לא תתקבל, מבוקש להגביל את תוקף הערבות ל- 12 חודשים שהיא תקופת האחריות.	עמ' 14 סעיף 12	הבקשה אינה מקובלת.
14	מבוקש להוסיף לאחר המילים "אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה" את המילים "ע"י הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו".	עמ' 13 סעיף 10.3	הבקשה אינה מקובלת.
15	הסעיף רחב ומטיל אחריות לא סבירה על הספק. יש להגביל האחריות אך ורק למעשה ו/או מחדל של הספק במסגרת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.	עמ' 13 סעיף 10.4	הבקשה מקובלת.
16	מבוקש לבטל הסעיף. ככל שיוגשו שתי הצעות, אין סיבה לבטל את המכרז.	עמוד 23 סעיף 16.1	הבקשה אינה מקובלת, ביטול מכרזים יבוצע במקרים חריגים ביותר.

נא לצרף מסמך זה להצעה כשהוא חתום בחתימה + חותמת המציע