

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ב' באב התש"ף  
23/07/20  
סימוכין: 327610

## פרוטוקול בסבב חתימות ועדת פטור ממכרז מיום 23/07/20

### משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה  
עו"ד אסתי פלדמן, יועצת משפטית, לשכה משפטית

### הנושא: משרד הבריאות

החלטת ועדת המכרזים מיום 16/07/20  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 16/07/20

בקשה מס': 651845

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם מעבדות חי, AID, רניום, איילקס, גאמידור, מדיסון, דיאסורין לצורך רכישת קיטים למכונות לבדיקות קורונה, לתקופה שמיום 19/07/20 ועד ליום 31/12/20, על פי תקנה 3(13)א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

### היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

261,686,404 שקל כולל מע"מ להלן הפירוט:

שם הספק	היקף התקשרות
מעבדות חי	131,275,752 ₪
AID	5,630,400 ₪
רניום	12,092,635 ₪
איילקס	63,995,722 ₪
גאמידור	9,581,520 ₪
מדיסון	29,965,684 ₪
דיאסורין	9,144,691 ₪

החלטת הוועדה: מאשרים את ההתקשרות בפטור מחובת מכרז להתקשרות עם מעבדות חי, AID, רניום, איילקס, גאמידור, מדיסון, דיאסורין על פי תקנה 3(13)א לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 19/07/20 ועד ליום 31/12/20.

### הערות ונימוקים:

- משרד הבריאות (להלן - המשרד) מבקש להתקשר בפטור עם מעבדות חי (להלן - הספק).
- ברחבי הארץ פזורות מעבדות שונות (של בתי חולים, קופות החולים, משרד הבריאות, ועוד) אשר מבצעות בדיקות קורונה. מעבדות אלה מצוידות במכשירי בדיקה מכ-20 סוגים שונים, אשר יובאו מחו"ל על ידי 8 ספקים שכל אחד מהם הוא יבואן רשמי ובלעדי בישראל של המכונות שנרכשו באמצעותו. המשרד מציין כי ההחלטה לקנות את המכשירים מספקים אלה, נעשתה בהתאם לזמינות וליכולת לבצע רכש דחוף בתקופת ההתפרצות של נגיף הקורונה.
- כרקע לבקשה המשרד הסביר כי יש 3 סוגי מכונות, וכי יש שונות ביניהם במידת הגמישות הקיימת בסוג הקיט הנדרש:

סוג מכונה	מידת גמישות
מכונות לשלב הפקה בלבד - RNA	כל מכונת כזו יכולה לקבל קיט הפקה רק מהיצרן של אותה המכונה, פרט לשתי מכונות מסוג זה שבהם ישנה אפשרות עקרונית לביצוע המרה לקיט שאינו מקורי כפי שיוסבר להלן.
מכונות לשלב תוצאה בלבד - PCR	באופן עקרוני ניתן לבצע המרה בין סוגי הקיט המקורי לקיט שאינו מקורי, אולם הדבר כרוך בפרוצדורה מורכבת ובסיכונים כפי שיוסבר להלן.
מכונות משולבות שעושות את שני השלבים יחד - RNA+PCR	המכונות יכולות לעבוד באמצעות קיטים של היצרן בלבד, ללא יכולת לבצע המרה.

4. במכונות שבהם הדבר אפשרי, המרה של יכולת המכונה לעבודה עם קיט שאינו הקיט המקורי דורשת פרוצדורה מורכבת מאוד, בה טמונים גם סיכונים משמעותיים, ואשר כרוכה גם בעלות משמעותית. בפרט, במכונות RNA ההמרה כרוכה בכתיבת script ייעודי על ידי טכנאים ומהנדסים ייעודיים שמכירים את המכונה, ולאחר מכן כיוול והרצה של דגימות בתהליך שלמעשה משבית את המכשיר לתקופה של שבועיים עד חודש, וגם עשוי להביא לקלקול של המכשיר. באשר למכונות PCR שם התהליך אפילו מורכב יותר ודורש בנוסף גם בניית ממשקים חדשים לתוכנת המחשוב של המעבדות, תהליך חפיפה של העובדים, והשבתה של המכונה לתקופה של שבועיים עד חודש לפחות.
5. באשר ליכולת ההמרה של המכונות לשימוש באמצעות קיטים שאינם מקוריים, יובהר כי בכל מקרה גם לאחר ביצוע ההמרה, ניתן להשתמש בזמן נתון בקיטים מסוג אחד בלבד, וכל שינוי דורש לבצע את שוב את תהליך ההמרה המלא. עוד יובהר כי שימוש בקיטים שאינם מקוריים עשוי לספק תוצאות פחות איכותיות ופחות אמינות, על כל המשתמע מכך.
6. ועדת הפטור המרכזית ביום 07.07.20 אישרה התקשרות עם 3 מהספקים האמורים לעיל לצורך רכישה של מס' סוגי קיטים, שהמחסור בהם היה החריף ביותר. כעת מבוקש לאשר רכישה נוספת של קיטים, בהיקף שצפוי לאפשר ביצוע בדיקות למשך כחצי שנה על פי יעד הבדיקות הנוכחי שנקבע, ולאחזקה של מלאי חירום שנדרש לאור החשש מהתפרצות נוספת. לעניין זה יצוין כי:
  - 6.1. לצד בקשה זו לוועדת הפטור המרכזית, התבקשה ועדת הפטור המשרדית לאשר התקשרות עם הספק השמיני, כך שיחד מבוצעת רכישה מכלל הספקים שהמכונות שלהם משמשות לביצוע הבדיקות.
  - 6.2. הריאגנטים שנרכשו מכוח אישור ועדת הפטור המרכזית, נכללו במלאי המשרד לצורך חישוב תכנית רכש הריאגנטים ומלאי החירום לחצי השנה הקרובה אשר מבוקשים בפנייה זו.
  7. גב' ימימה שוורץ, רפרנטית בריאות ביטוח לאומי וקליטה ממליצה לאשר את ההתקשרות.