

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הברייה
יחידת מזמינה:	לש"ר
תאריך:	24/6/20

\_\_\_\_\_ מדינת ישראל      קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074829	BED SIDE INTUBATION FIBER BRONCHOSCOPE MODEL : FI-16RBS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?      כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,560 יורו+מע"מ





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

16 ביוני 2020  
מספרנו: יש/2020-0316  
תיק: 1130-6, 2001

לכבוד  
גבי גילי נעים  
1 א 2

**הנדון: המחלקה למלר"ד – חוו"ד לרכישת ברונכוסקופ**

במלר"ד קיים ברונכוסקופ דגם F1-16BS תוצרת PENTAX מסי סדי H111113 (ME061570). המכשיר ניוזק.

עלות התיקון כעלות מכשיר חדש. המכשיר יושבת.

מאחר והתשתית במיון מבוססת על מרכיבים מתוצרת PENTAX, יש לרכוש הברונכוסקופ מדגם זהה לקיים על מנת שיתאים לנדרש ועל מנת לאפשר אינטגרציה מלאה עם כל מרכיבי המערכת הקיימת, כבל תאורה, מקור אור, מצלמה, מסך ועגלה.

יש לממש הרכישה בהתאם להצעת מחיר 220221/2020 של חבי גטר הרצי"ב.

ניתן לראות את חבי PENTAX ונציגתה בארץ ספק בלעדי לרכישה, עקב הצורך בברונכוסקופ זהה לקיים, שחייב להתאים לכל מרכיבי המערכת הקיימת.

הרכישה תכלול תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

בפריכה,  
ד"ר יורם שדמני  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר אבי עירוני  
ד"ר יורם שדמני  
כ"ח דוד צרפתי