

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הביטוח ב'ו' שלט)
יחידה מזמינה:	ח.נ. (וינ)
תאריך:	20107/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085205	MASTER CONSOLE EC300 LEGEND EHS
2	1040019499	FOOT CONTROL EF200 LEGEND EHS 3 BUTTON

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטרוניק טריידינג
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512833336
מספר ספק בשיבא	92941
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ✓ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	137808 שח' + מע"מ

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר' שדמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר יורם שדמי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL.



שיבא
תל השומר
עור הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

19 ביולי 2020
מספרנו: יש/0367-2020
תיק: 1141, 1016

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: **ח.ג. נוירו – חו"ד לרכישת מקדחה חשמלית לקידוח חורים בגולגולת (MIDASREX)**
דוא"ל גבי לירון דניאלי מיום 16.7.2020, 19.7.2020

בשימוש ח.ג. נוירוכירורגי מקדחה חשמלית לניתוחי גולגולת MIDAREX דגם EC-200 המשמשת באפליקציה פדיאטרית עקב עדינות פעילותה והתאמתה לראשים קטנים.

ייצור דגם EC-200 הופסק לפני כשנתיים.

עקב תקלה בדווש המקדחה (קונסולה) המחייבת החלפתה, לא ניתן לקבל מיצרן המקדחה חבי מדטרוניק דושה חלופית מתאימה.

הדושה הקיימת הינה מדגם EF200 ותואמת למקדחה (קונסולה) מדגם EC-300 (IPC) בלבד.
אשר על כן נדרשת רכישת הקונסולה בנוסף לדושה.

ההבדל העיקרי בין דגם EC-200 לדגם EC-300 הינו במומנט מ42חמ לעומת 20חמ, מצב המאפשר יתר קלות ודיוק בפעילות העדינה לקידוח חורים בגולגולת.

להדגיש כי כל ה-Attachment הקיימים בשימוש בחדר הניתוח לע"ש ולגולגולת, מובילים ולהבים/סכינים בגדלים שונים, תואמים לדגם החלופי (EC-300) ומסתכמים בסך של כ-18,000 \$ עלות שאין צורך במימוש.

קיימת בנוסף גם זהות במתכלים.

לנוכח הנ"ל ניתן לראות ביצרן מדטרוניק ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעת המחיר הרצוי לפרטים 2+1 בלבד.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

הובהר מחדר הניתוח כי בצורך חיוני ומיידי לנדרש על מנת לאפשר הפעילות הנדרשת.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר דינה אורקין
ד"ר יורם שדמי
גבי לירון דניאלי-פור