

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הקליאה, ק"ח ש"ס)
יחידה מזמינה:	א"ח לבק
תאריך:	29/06/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095083192	NEW AV500 VEIN VIEWING SYSTEM
2	1040019226	AV500 SOLUTION POWERED WHEELED


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ש.שיווק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513130450
מספר ספק בשיבא	48020
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$17,158 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 ביוני 2020
מספרנו: יש/2020-0323
תיק: 1110, 9013

א.פ.י.

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' כאב – חו"ד לרכישת מכשיר להדמיית ורידים

פגישה עם דר' איתי גור-אריה מיום 22.6.2020
דוא"ל דר' איתי גור-אריה מיום 22.6.2020

בהתאם לסימוכין יש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 2 יח'.

מדובר במכשיר למציאת ורידים מהירה ונוחה גם במקרה של ורידים 'קשים'. כמו כן, מאפשר המכשיר לאתר שסתומים או פיצולים בכלי הדם.

מדובר בצורך יותר מחיוני מאחר והיקף פעילות זו במחלקה הינו מסיבי מאוד.

להלן תכונות המכשיר העיקריות:

- מכשיר ידני קל לנשיאה והפעלה.
- מכשיר ידני מאפשר להפעילו על המטופל מבלי הצורך לניידו או להעביר את ידו במתקן כלשהוא.
- הצגה על פני העור מיפוי דיגיטלי רציף בזמן אמת של הורידים.
- מיפוי ורידים בעומק של עד 10mm
- התאמה לכל הגילאים וכל גווני העור.
- תמונה רציפה של מיפוי הורידים באמצעות IR באורך גל 830nm.
- התמונה מעובדת ומוקרנת על פני העור באמצעות לייזר אדום באורך גל של 642nm.
- סוללת ליתיום בעלת משך זמן של 3 שעות. הטענה במגע על עגלת הנשיאה של המכשיר.

בביה"ח מצוי מכשור להדמיית ורידים מתוצרת ACCUVEIN בכמות של 15 יח'. הדגם המשוק כיום ואשר נבדק באופן ישיר ונמצא תואם את כל הדרישות הינו AV500. דגם זה משופר מקודמו ביכולת עמידה בטלטלות ובהפעלה לא זהירה עקב השימוש בעדשות כתחליף למראות נעות, גורם המסייע לשיפור העיוות האופטי.

בנוסף נבדק דגם VeinViewer תוצרת FLEX, מדובר בדגם שטרם נמצא בשימוש במרכזים רפואיים בארץ. מאחר ומדובר ביצרן לא מוכר ובדגם שאין עמו די ניסיון בארץ הדגם נפסל.

יש למומש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' PQ19000422 מחברת 'יש'. שיווק כל מיזוניכ"י. יש להאות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ- 34 חודשים מיום הכליטה והשימוש במועד. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

מחלקה

דר' יוסי יעקובי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

זמן: סימוכין + הצעת מחיר

הערה: דר' איתי גור-אריה
דר' יוסי יעקובי