

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| משרד:         | הבריאה          |
| יחידה מזמינה: | כירורגיה פלסטית |
| תאריך:        | 14/7/2020       |

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט          |
|-----|------------|---------------------|
| 1   | 1095085163 | VBEAM PERFECTA GRAY |
|     |            |                     |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b> |                          |
|   |                          |
|   | עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי |
|   |                          |
|   |                          |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| שם הספק:                 | סינרון                            |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 512986514                         |
| מספר ספק בשיבא           | 48421                             |
| ספק זה הינו:             | _____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:   | \$68,500 + מע"מ                   |
| תקופת ההתקשרות           | 24 חודשים                         |





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

12 ביולי 2020  
מספרנו: 0353-2020/יש  
תיק: 7015-5D, 1110-1

לכבוד  
גבי גילי נעים  
**כא**

**הנדון: כירורגיה פלסטית/ח' הליזרים – חו"ד לרכישת (PDL) PULSE DYE LASER**

- א. דוא"ל חבי קנדלה ישראל מיום 24.6.2020
- ב. דוא"ל פרופי חאייק מיום 9.7.2020
- ג. דוא"ל חבי קנדלה ישראל מיום 9.7.2020

בשימוש המחלקה לכירורגיה פלסטית מכשיר לייזר מסוג PDL דגם V-BEAM CLASSIC תוצרת CANDELA, בעל מסי סדי 9914-0720-488, מיום 2.3.2003.

עקב תקלה בידית ההפעלה של המכשיר הסתבר כי נדרשת החלפתה בידית חדשה.

בסימוכין א' מבהירה הנציגות המקומית של היצרן כי בסוף יוני 2020 תיפסק יכולת התמיכה והגיבוי של היצרן במכשיר הקיים 17 שנים.

ההמלצה לרכישת דגם עדכני V-BEAM PERFECTA (רצ"ב הצעת החברה בסימוכין א').

בסימוכין ג' ניתנו נתוני הדגם העדכני בהשוואה לדגם הישן וכן אישור לקיום מערכת קירור (שהופיעה כאופציה בקטלוג) המובנת במכשיר כולל יכולת קירור נקודתי מתוזמן על מנת למזער כאב ונזק לאפידרמיס (עקב חום) ללא פגיעה ביעילות.

**הדגשים לנתוני הדגם העדכני:**

מכסי אנרגיה (Max Energy) - עד 80J

צפיפות אנרגיה לגודל נקי לייזר (Spot Size) - במגוון גדול יותר

קצב חזרתיות (Repetition Rate) - 1.5Hz

בסימוכין ב' מבהיר פרופי חאייק הצורך החיוני והמיידי בביצוע הרכישה של החלופה על מנת לאפשר ביצוע הטיפולים כאשר יש הדגש כי המכשיר הינו הטוב ביותר מסוגו לטווח הטיפולים הגלומים בו והינו ייחודי ויעודי.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות ביצרן CANDELA ספק בלעדי למכשיר החלופי העדכני ולממש הרכישה בהתאם להצעה שבסימוכין על כל המשתמע מכך.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

תינתן תקופת אחריות כמקובל – 24 חודשים. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

מקור תקציבי – מר יואל הר אבן.

בב.כ.ח.  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: פרופי יוסף חאייק  
פרופי אריה אורנשטיין  
ד"ר יורם שדמי  
מר יואל הר אבן