

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קמריאל
יחידה מזמינה:	פסיכיאטריה / פסיכיאטריה
תאריך:	14/7/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085155	MECTA SIGMA ECT DEVICE WITH EEG/EEG MONITORING CHANNELS
5	1040019309	MECTA SIGMA EMR SOFTWARE
3	1040019291	OPTICAL MOTION SENSOR CHANNEL
2	1040019283	HAND HELD WITH REMOTE TREAT DUAL
4	1040003832	סנסור אופטי ל ECT


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ארדון
מספר ת.פ. / ח.צ. / עמותה	510468051



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3927
פקס. 972-3-5303387

1

7 ביולי 2020
מספרנו : מב/2020-0349
תיק : 5-1132, 6005

לכבוד
גילי נעים
מח' הרכש

הנדון : פסיכיאטריה/יח' לנזעי חשמל –
חוו"ד לרכישת (ECT) Electroconvulsive Therapy – עדכון.

- א. חוו"ד עש/2019-0366 מיום 16.9.2020
- ב. דוא"ל חבי ארדון מיום 15.6.2020
- ג. דוא"ל דר' רויטל עמינו מיום 25.6.2020

בסימוכין אי הומלץ על רכישת הדגם 5000Q מתוצרת MECTA.

בעקבות הודעת נציגת היצרן על הפסקת ייצור הדגם 5000Q (בסימוכין ב'), יש לרכוש במקומו הדגם SIGMA אשר הינו הגרסה החדשה והמתקדמת של הדגם עליו הומלץ לרכישה במקור. המכשור מתוצרת MECTA הינו היחיד המשווק בארץ בעל האישורים הרגולטוריים הדרושים ועל כן היצרן MECTA נמצא ספק בלעדי לרכישה זו.

אישור התאמה מצד המשתמש ניתן בסימוכין ג'.

לדגם המחליף SIGMA נוספו מספר יתרונות:

- יכולת בחירה בין שני מצבי עבודה – בורר אנרגיה אחד או ארבעה (בדגם הקודם בורר אחד בלבד).
- מסך המגע גדול יותר וצבעוני.
- אפשרות לניטור באמצעות עד 4 ערוצים (כמקום 2).
- אופציה לניטור EMG (בנוסף ל- EEG & ECG).

יש לממש רכישת הדגם SIGMA תוצרת MECTA באמצעות הצעת מחיר מס' 20000929 לפריטים 1,3-5,7 בלבד.

מקור הקציבי לרכישה – יש לקבל מפרופי זיו אמותי.


מעבר לשינוי המתואר לעיל חוות הדעת המקורית עומדת בעינה.

בפרנסה,

מיטל ביסטרי-מסה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

מיטל סימוכין – הצעות מחיר

העיתים : מרופי זיו אמותי
דר' רויטל עמינו
דר' יואב דומני
דר' שדמו זרם
גבי מריסה סגורוב



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

16 בספטמבר 2019
מספר: עש/2019-0366
תיק: 5-1132, 6005

לכבוד
גב' גאולה נעים
כ א 1

הנדון: **פסיכיאטריה/יח' לנועי השמל -**

חוו"ד לרכישת (ECT) Electroconvulsive Therapy

תכתובת מיום 04.08.19

אישור מערכות מידע מיום 15.09.19

1. בעקבות תקלה במכשיר ECT מדגם 5000Q תוצרת MECTA חנמצא בשימוש בביה"ח כ-20 שנה, נדרשת רכישת המכשיר שבחזון בכמות של 1 יח'. עלות תיקון המכשיר איננה וודאית וכשל גיל המכשיר ומצבו, חוסר חודאות משמעותו חוסר כדאיות כלכלית לתיקון.
 2. מדובר במכשור זן ערצני המספק פולסים השמליים לטיפול בסימפטומים פסיכיאטריים. המכשור כולל בקרת תדר ותדירות וניטור EEG ו-ECG. המערכת כוללת תוכנה לאחסון וניתוח נתוני טיפול לתכנית טיפולים ואגירת נתוני ניטור.
 3. מומלץ לממש הצעת מחיר 19001106 של ה"ב ארדון לרכישת דגם 5000Q תוצרת MECTA. יש לממש הצעה במלואה. דגם 5000Q הינו הדגם היחיד המשוק בארץ והינו בעל אישורי הרגולציה הנדרשים. ראה מכתב חברת בפקס מיום 07.08.19. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
 4. סעיף תקציבי בהתאם לסימוכין.
 5. במועד הקליטה יש לוודא השבתת המערכת התקולה.
 6. באחריות המחלקה לפעול מול מערכות מידע לאספקת מחשב מחובר לרשת לשם שימוש בתוכנה והעברת נתונים לתיק חולה. על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.
- ניתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

ב ב ר כ ה,
ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לשם סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' אמיתי זין
ד"ר עמנואל רוזנטל
ד"ר שדמי יורם
גב' לריסה קערוב