

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (הבניין החדש שיבא)	
יחידה מזמינה: ת.י. מרכז	
תאריך: 25.09.20	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085338	STEALTH STATION S8

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטרוניק טריידינג
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512833336
מספר ספק בשיבא	92941
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	950,850 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

TEL. 972-3-5303388/3917.50  
פקס. 972-3-5303387

1

17 באוגוסט 2020  
מספרנו: יש/2020-0411  
תיק: 1132-12, 1001

לכבוד  
גבי גילי נעים  
**2 א 1**

הנדון: ת.ג. מרכזי – חו"ד לרכישת מע' ניווט ניידת

דוא"ל מיום 12.6.2020

בחדר ניתוח מרכזי (חדר 4) מצויה מע' ניווט ניידת דגם S7 אשר התמיכה בה ע"י היצרן הסתיימה בשנת 2018.

הדגם החלופי הינו S8 אשר כולל מצלמה שונה, אך כל כלי הניווט הקיימים בשימוש בחדר הניתוח הן למערכת הניידת והן למערכת הנחייית זהים, מאפשרים שימוש ולפיכך אין צורך ברכישתם.  
למערכת ניווט S8 ניתן לממשק אולטראסאונדים מתוצרת ALOKA-HITACHI ומתוצרת SONOSITE.

בתוכנת חציון אושרה רכישת מערכת ניווט בכמות 1 יח' (פריט 2 בסינוכין).

רציב הצעת חבי מדטרוניק למימוש הרכישה.

החצעה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:

- מחשב, מסך ואל-פסק
- מצלמה IR, מסך ואל-פסק
- מחולל שדה אלקטרומגנטי שטוח (עליו מונח ראש החולה)
- ערכת אביזרי ניווט אלקטרומגנטי כולל מחולל שדה לצד השולחן וקופסת חיבור לכלי ניווט
- תחנת עבודה ותכנון הכוללת מחשב, מסך
- קיט אביזרי ניווט אופטי
- ממשק למיקרוסקופ KINEVO
- ממשק ניווט למתמר אולטראסאונד תוצרת ALOKA דגם אלפא 7
- תוכנה לניווט בניתוח מח
- תוכנה תלת מימדית למודולים בניתוחי מח
- תוכנה לאינטגרציה נתוני MRI ו-CT בניתוחי לב
- תוכנה לניווט בניתוח עמוד שדרה וממשק למע' דימות O-ARM

יש לממש תרכישת כאשר ניתן לראות ביצרן מדטרוניק ספק בלעדי לטובת הזכות להשתמש בכלי הניווט המצויים בשימוש בחדר הניתוח.

האחריות תהיה לפרק זמן של 24 חודשים ולא כפי יאמרום בהצעה. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התסופתיים הנדרשים בהתאם להחזיות יצרן.  
בתום תקופת האחריות המיכשיר יתווסף למסגרת חוזה השרות ועם היצרן מדטרוניק למערכות ניווט.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא  
מרכז הרפואי  
תל-השומר 52621, ישראל

מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

ניתן לראות ביצרון ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

ברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה ביו-רפואית

נוט : תכתובת+הצעה

העתקים : ד"ר דינה אורקין  
ד"ר יורם שדמי  
גבי לירון דניאלי-פור