

שאלות הבהרה

מספר שאלה	עמוד/נספח	מס' סעיף	שאלות הבהרה	תשובות
1	3	12	הועלתה בקשה להפריד את עלות הטכנאי בנפרד, עלות צנרת הדם בנפרד, עלות פילטרים לסינון המים בנפרד	כעקרון מכרזים לסלי דיאליזה בבתי החולים במדינת ישראל אינם מאפשרים הצעה למכונות ופריטים מתכלים בנפרד, לטובת השתתפות של כמה שיותר ספקים איפשרנו באופן חריג במכרז זה את הפיצול, מעבר לפיצול שנעשה עלול להיווצר מצב של חוסר התאמה של הרכיבים השונים לטיפול מיטבי והרמוני, טכנאי צמוד בשעות הפעילות כלול בהצעת המחיר לסל. ציוד ייחודי למכשיר, סט דיאליזה(צנרת+חומרי חיטוי)- יירכש מהחברה הזוכה כפי שנדרש בהגדרות המכשיר. שאר הציוד(תמיסות,סלילים, ביקרבונט)- פתוח לשאר החברות.
2	3	2 ב'	להגיש הצעות מחיר לפי רכיבים(תמיסות, סלילים, מחטים, תמיסות חטוי, ביקרבונט) ולא לפי סל	פיצלנו את אפשרויות ההצעות למכרז. מתוך ראיית "המטופל במרכז" ומורכבות הסנכרון בין רכיבי סל הפריטים למטופל, לא נאפשר ירידה לרזולוציות נמוכות יותר
3	11	4	בקשה לשנות את אמות המידה למכרז- להגדיל את מרכיב האיכות	אמות המידה שנקבעו למכרז - 70% מחיר ו-30% איכות - נתקבלו לפי נהלי המכרזים
4	13	13 ג'	ערבות בנקאית בסך 1 מש"ח לשנות לפי תוצאות המכרז במידה ויהיה פיצול בין המכונות לשאר המתכלים	כפי שנכתב במקור
5	3	12	"המכונות שיהיו מוכנות לשימוש בדיאליזה"-מתוך ה-70 מוכנות?	כן