

מכרז 12099372- אספקת מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע

בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה

תשובות לשאלות הבהרה

מס"ד	מספר הסעיף	פירוט השאלה / הערה	
מפרט דרישות			
1.	מפרט דרישות ב'5	האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו - 1976 - האם הכוונה באישורים, לאישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור?	אכן
חלק כללי			
2.	כללי	למכרז לא צורף מסמך התקשרות. נודה לקבלת נוסח לעיון ומתן הערות ככל שיידרש.	ההתקשרות עם הספקים הזוכה/ים תהיה על בסיס תנאי המכרז על כל סעיפיו.
3.	כללי	במידה ונדרשת ערבות ביצוע - נבקש להוסיף את גובה ערבות הביצוע, תקופת הערבות ואת נוסח הערבות	בשלב זה לא נדרשת ערבות ביצוע, במידה ויידרש- יעודכן הזוכה.
4.	כללי	נבקש להוסיף סעיף בדבר תנאי תשלום שקובע כי התשלום יבוצע לפי תנאי תשלום שוטף +60 בתום החודש בגינו בוצע הדיווח	בהתאם לתנאי התשלום של ביה"ח
5.	כללי	נבקש להוסיף את מטבע העסקה ותנאי ההצמדה	ניתן להציע במטבע חוץ. חיוב על בסיס שער יציג של יום הדיווח ע"י המעבדה- אחת לחודש.
6.	2.1	היות ומדובר במודל של בדיקה מדווחת תנאי התשלום צריכים להילקח בחשבון ביחס לחודש בגינו בוצעו הבדיקות. לכן, מבוקש לעדכן כי הדיווח יועבר לספק עד לתאריך 5 לחודש העוקב. חשבונית תופק לתאריך תום החודש בגינו בוצע הדיווח.	הדיווח יועבר לספק עד לתאריך 10 לחודש העוקב.
7.	2.1	נבקש להבהיר כי המכשירים הינם בבעלות הספק וכן בתום ההסכם המכשירים יוחזרו לספק	המכשירים יוחזרו לספק בתום תקופת ההתקשרות ולא בתום תקופת האופציה כמופיע בסעיף 6.4.
8.	2.1	יש להוסיף כי המזמין יעביר לספק, מדי סוף רבעון, את כמויות המלאי שברשותו, ובמידת הצורך תינתן לספק האפשרות לבצע ספירת מלאי במחסני שיבא.	לא מקובל
מפרט דרישות			
9.	3.1.2	הספק מתחייב לביצוע שידרוגי תוכנה וחומרה <u>המחייבים</u> על ידי היצרן.	לא מקובל- הספק מתחייב לבצע כל שדרוג שיבוצע ע"י היצרן.
10.	3.1.5	נבקש הבהרה, מה הכוונה למערכת פינוי פסולת ואיזה סוג של פסולת.	פינוי פסולת נוזלית ישירות לביוב, פינוי פסולת מוצקה למתקן יעודי (ע"י אנשי המעבדה).
מפרט דרישות סף			

11.	4.2.1.3	במידה ואין באפשרות הספק להציע את מכלול כל הבדיקות האם ניתן להגיש הצעה עבור חלק מהבדיקות הנדרשות בנספח א?	יש לתת מענה לכלל הבדיקות שבמפרט. אולם קיימת אפשרות כי המציע יתקשר עם ספק משנה שיבצע הבדיקות החסרות ובלבד שהאחריות הכוללת להצעה ולביצוע היא בלעדית של המציע ושהגורם המקצועי במרכז הרפואי אישר את ספק המשנה מראש. יש לציין במסגרת ההצעה מי ספק המשנה ואיך יבוצעו הבדיקות החסרות.
12.	4.2.3.5	נבקש הבהרה למה נחשבת תצורת גדולה של מים מזוקקים.	מעל 10 ליטר ליום
13.	4.2.3.13	נבקש הבהרה מה הכוונה לפונקציית Auto replicate	מדובר באפשרות לחזור באופן אוטומטי על בדיקה באמצעות הגדרת תנאי חזרה בתוכנת המכשיר
14.	4.2.3.15	נבקש להדגיש כי מדובר בזמן תפעול ידני מקסימאלי – Hands on time	הזמנים המצויינים בסעיף זה כוללים את סך הזמן של עובד המעבדה וזמן עבודת המכשיר
15.	4.2.5.1	אורך אצוות הבקרים הניתנת לאספקה תלויה בתוקף האצווה.	כמופיע בסעיף, אולם במידה וחיי המדף של הבקרים יהיה פחות מחצי שנה- על המציע להתחייב לבקרים בעלי תוקף ארוך ככל שניתן.
אחריות ושירות			
16.	6.5	נבקש לעדכן התחייבות ל- 7 ימי עבודה שכן קיים תהליך אסקלציה מול היצרן במקרה של תקלה מורכבת ולא שגרתית בו נשלחים לוגים לניתוח, קבלת הנחיות לבדיקה וכיוונים במכשיר מטעם היצרן ואלו תהליכים שאורכים זמן.	לא מקובל
17.	6.7	נבקש לעדכן את פרק הזמן ל- 7 ימי עבודה מאותן סיבות המתוארות בשאלת הבהרה 11.	לא מקובל

18.	4.2.1.3 וכן המידע בנספח א	חברתנו תציע מאבחן מהיר ואוטומטי על מנת לתת למעבדה פתרון טוב ויעיל. מאבחן זה יכול לבצע את כלל הבדיקות מלבד בדיקה אחת-Gastrin שמבוצעת בהיקף נמוך במיוחד של 100 בדיקות בשנה. האם העובדה שלא נוכל להציע מענה רק לבדיקה אחת-בדיקה זו, פוסלת אותנו מלהשתתף במכרז ולעמוד בתנאי הסף?	כמופיע בתשובה לשאלה 11
19.	סעיפים 9, 10 נספח הגנת סייבר	סעיפים אלו מסומנים בכוכבית. המערכת סגורה לגישה חיצונית כפי שמתוארת על מנת למנוע כל פגיעה ואפשרות לכניסת אמצעים מזיקים. לאור זאת לא ניתן לספק תשובה "מקובל". מערכת זו פועלת באופן מוגן בצורה זו בכל העולם לאחר בדיקות מקיפות ונשמח לספק מידע על כך. האם משמעות תשובתנו "לא מקובל" היא שאנו לא עומדים בתנאי המכרז?	יש לצרף את הנספח כשהוא מלא- על כל סעיפיו- על מנת להתייחס. נא לצרף במועד הגשת המכרז.
20.	6.5	לאור שעות הפעילות של המעבדה, האם ניתן לתת מענה טכני עבור תקלה	לא

	שנמסרה עליה הודעה ביום ו' כך שהטכנאים יגיעו ביום א' ?		
--	--	--	--

לא מקובל	מבקשים לאפשר להציע מכשיר עם הספק תפעולי של 170 בדיקות בשעה. לפי סימולציה שבידינו, היקף הבדיקות היומי, כפי שמוצג במכרז זה, יתבצע על המערכות המוצעות תוך שעה ו-49 דקות.	4.2.3.2	.21
לא מקובל	מבקשים לאפשר בהצעה, הטענת מבחנות שאינן אחידות בגודלן, יוטענו על המכשיר בו זמנית אך בסטטיבים שונים	4.2.3.4	.22
לא ניתן להאריך- בהתאם לזמנים המופיעים במסמכי המכרז.	מבקשים לאשר הגשת פתרון בו לחלק מהבדיקות זמני ביצוע יותר גבוהים מהמוגדר ואילו של בדיקות אחרות, משמעותית יותר קצרים. לדוגמא: גבוה מהמוגדר: Progesterone – 42 דקות לתוצאה ראשונה Estradiol – 56 דקות לתוצאה ראשונה נמוך מהמוגדר: HCG – 29 דקות לתוצאה ראשונה FSH – 17 דקות לתוצאה ראשונה LH – 17 דקות לתוצאה ראשונה Cortisol – 17 דקות לתוצאה ראשונה	4.2.3.14	.23
לא	האם התראה ברורה במכשיר נחשבת כביטול השימוש?	4.2.3.18	.24
לא מקובל	מבקשים לאפשר הגשת פתרון בו לחלק מהבדיקות נדרש כיוול בתדירות של אחת לשבוע (מתוך 21 בדיקות שמוגשות, 5 עם תוקף כיוול של שבוע ועוד 2 עם תוקף כיוול של 5 ימים).	4.2.6.1	.25
לא מקובל	במקום "48 שעות מהוצאת הדרישה" יבוא "7 ימים מיום קבלת הדרישה".	4.2.7.1	.26
כמופיע בתשובה לשאלה 11.	אנו מבקשים להגדיר את בדיקת GASTRIN כבדיקה אופציונלית בדומה להגדרה לבדיקת EPO.	נספח א'	.27
לא מקובל	במקום "בו ביום ולא יאוחר מיום עבודה אחד (כולל יום שישי" יבוא "בהקדם האפשרי. קריאות שירות שיתקבלו עד השעה 12:00 יטופלו באותו היום, קריאות שירות שיתקבלו לאחר מכן יטופלו בבוקר שלמחרת בימי העבודה המקובלים"	6.5	.28
כמופיע בתשובה לסעיף 4.2.7.1	במקום "תוך 48 שעות מהדרישה" יבוא "מוקדם ככל שיתאפשר ועד ל-7 ימים מיום קבלת הדרישה"	6.10	.29
כמופיע במכרז	בסיפא יבוא "ובתנאי שטרם נחתם הסכם בין המזמין לספק"	7.4	.30
התוספת אינה מקובלת. במידה ואין הסכמות ממילא הנושא יגיע לפתחו של ביהמ"ש המוסמך.	בסיפא יבוא "בכפוף להכרעה שיפוטית בעניין זה"	נספח סודיות, 6	.31
מצורף נספח א'- באנגלית	מבקשים לקבל את הנספח באנגלית	נספח דרישות מחשוב	.32

מס"ד	שם הפרק/הנספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה / הערה	תשובה
.33	מסמך מס' 329221	א.5	מבוקש נוסח ערבות	לאור המצב (קורונה) אין צורך בערבות
.34	מסמך מס' 329218 תנאים כלליים	1.3	נבקשכם להבהיר את הכוונה ב- "אשר יעמדו בתנאי הרמוניזציה שתקבע המעבדה"	כמופיע בנספח ב' המצורף.
.35	מסמך מס' 329218 תנאים כלליים	1.4	יש להוסיף את המילה "מנדטורי" לאחר המילה שדרוג	לא מקובל
.36	מסמך מס' 329218 תנאים כלליים	2.1	א. מבקשים לקבל מידע לגבי תדירות הרצה (כמה פעמים בשבוע) עבור כל אחת מהבדיקות המבוקשות ב. מבקשים לקבל מידע לגבי תדירות הרצת בקרת איכות ג. מה מספר בדיקות ממוצע למבחנה?	א. כמופיע בנספח ג' המצורף. ב. הרצה של בקרת איכות מתקיימת אחת ליום, בכל יום בו מתבצעת הבדיקה. ג. לא ניתן לספק מידע זה.
.37	מסמך מס' 329218 תנאים כלליים	2.8	מבוקש לאפשר למציעים לעיין בתוצאות התיקוף הנוגעות להצעה (למכשיר) שלהם	מקובל
.38	מסמך מס' 329218 תנאים כלליים	7.5	מבוקש להבהיר האם יש כוונה להפקיד אומדן בתיבת המכרזים	כן
.39	נספח דרישות מחשוב והגנת סייבר (נספח סודיות עמ' 11)	6	מבוקש כי בסיפא של הסעיף, בהתייחס למצב שבו הספק יהיה אחראי "יחד עם אחרים", מבוקש להוסיף את המילים הבאות: "(במקרה זה, אחריותי כלפיכם תהיה לפי חלקי היחסי ובלתי תלוי באחריות האחרים)".	התוספת אינה מקובלת. במידה ואין הסכמה הנושא יגיע להכרעתו של ביהמ"ש המוסמך.
.40	כללי		האם יש למעבדה UPS מרכזי	כן
.41	כללי		האם קיימת מערכת של מים מטופלים במעבדה? מה המאפייני מערכת המים בהקשר ל: א. אספקת המים (תפוקה, קיבולת, לחץ)	נכון להיום קיימת מערכת של מים מטופלים (מזוקקים). אספקת המים - לחץ: 3.5 עד 5 אטמ'

<p>אספקת המים-תפוקה : 60 עד 130 מטר מעוקב לשעה.</p> <p>ב. אין מידע לגבי איכות המים המסופקים (חלקיקים, רכיבים אורגניים, מיקרוביאליים).</p> <p>איכות המים המסופקים התנגדות: 6 עד 18 MOHM ($1/\mu S m$)</p>	<p>ב. איכות המים המסופקים (חלקיקים, רכיבים אורגניים, מיקרוביאליים, התנגדות, וכו')</p>			
<p>לא רלוונטי, במידה ותהיה בעיה- יבחן מול מחלקת הנדסה של ביה"ח.</p>	<p>מה עוצמת המיזוג במעבדה ביחידות של BTU</p>		<p>כללי</p>	<p>.42</p>
<p>לא רלוונטי, במידה ותהיה בעיה- יבחן מול מחלקת הנדסה של ביה"ח.</p>	<p>מה העומס הריצפתי המותר ביחידות של Kg/m^2</p>		<p>כללי</p>	<p>.43</p>