

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	אולקס
תאריך:	5/8/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ


הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
6	1099010670	.SENSOR SPO2 ADULT REUS
5	1099010654	CABLE 3M PRESSURE F/ADULT
11	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
3	1096115761	CABLE 5 LEAD GRABBER
4	1096115753	LEAD SHIELDED GRABBER
12	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
1	1095085288	INTELLIVUE MX550 PATIENT MONITOR
	1095083135	INTELLIVUE MICROSTREAM EXTENSION
2	1095083127	INTELLIVUE MMX
8	1040019580	EASY CARE ADULT KIT - 4 SIZES
7	1040019572	M1943AL SPO2 8-PIN D-SUB ADAPTER CABLE 3M
10	1040018202	B06 ADD DUAL IBP , TEMP
13	1040017592	UTILITY 5-HOOK F.PHILIPS FLEXIBLE MODULE SERVER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

	מנהל מח' הנדסה רפואית	דר' יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

29 ביולי 2020
מספרנו: יש/0388-2020
תיק: 1120

לכבוד
גבי גילי נעים
כאן

הנדון: טראומה – חו"ד לרכישת BEDSIDE MONITOR

דוא"ל גבי אורנה רחמינוב מיום 28.7.2020

בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת מוניטור מסוג BEDSIDE בכמות 1 יח' כתוספת למע' הניטור המרכזית מתוצרת פיליפס הכוללת 6 מוניטורים דגם MP80.

ברור כי תוספת של מוניטור על מנת להשתלב במערכת ניטור קיימת חייב להיות מתוצרת פיליפס.

הדגם המתאים הינו MX550 הכולל מודול רב פרמטי MMX עם 5 לידים ומודול קפנוגרפיה. בכל מודול קיים ניטור של IBP.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה אותה יש לממש על כל מרכיביה.

לנוכח הני"ל ניתן לראות ביצרן פיליפס ובנציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק לא ניתן לחבר למע' ניטור קיימת מוניטור מיצרן חלופי.

תינתן אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שקדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+סימוכין

העתקים: ד"ר יורם קליין
ד"ר יורם שקדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי אילנה גלבוש