

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
יחידה מזמינה:	הנרטיב רפואית (מחלקת)
תאריך:	31/08/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


מס'	מק"ט	תיאור פריט
9	1095083812	PDM NELLCOR SPO2
2	1095083812	PDM NELLCOR SPO2
1	1095083804	CARESCAPE MONITOR B650 V2.4 MODEL
6	1095070504	מוניטור נייד דגם B450
7	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
3	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
5	1040019150	KIT MT PVT BLK W/O WALL CH EGL
4	1040019143	CHANNEL SEISMIC 19 INCH
8	1040015992	CART 5-WHEEL DASH X000

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

14 ביוני 2020
מספרנו: יש/0306-2020
תיק: 4005, 1120-9

לכבוד
ד"ר דינה אורקין
כ א נ

הנדון: התאוששות גניקולוגיה

דוא"ל מיום 8.6.2020

בהמשך לסימוכין רצ"ב הצעה לרכישת מוניטורים מודולריים מסוג BEDSIDE בכמות 8 יח' ומוניטור מודולרי נייד עבור התאוששות ח.ג. גניקולוגי.

בעקבות הודעת היצרן GE כי דגם S5 שהינו מסוג BEDSIDE ודגם S5 COMPACT שהינו נייד הוכרוזו כ-E.O.L. (End of Life), נדרשת החלפתם על מנת לאפשר המשך שימוש וגיבוי. תחנה מרכזית דגם i-Central אינה דורשת החלפתה.

הדגמים המחליפים הינם:

דגם B650 עבור BEDSIDE MONITOR הכולל מודול נייד PDM לניטור: Temp., Spo2, NIBP, IBP, HR, ECG ומודול E-MINIC לניטור ETCO2

דגם B450 עבור TRANSPORT הכולל את אותם שני מודולים שמצויים בדגם B650 ועגלה.

מאחר וזרוע מוניטור S-5 אינו תואם לזרוע B650, פריטים תשתיים, נדרשת רכישת הזרוע המתאימה עבור מוניטור B650 בכמות 8 יח'.

יש לממש הצעת המחיר על כל סעיפיה.

מחוייב לרכוש המוניטורים מהיצרן GE מאחר והתחנה המרכזית הקיימת מתוצרת GE ומאחר ומכונות ההרדמה בחדרי הניתוח הינן מוצרן זה ומאפשרת מעבר מחיר, קל ונוח בין חדרי הניתוח להתאוששות (העברת מודולים).

דגמי המוניטורים המוצעים הינם בגירסתם העדכנית.

מחנ"ל ניתן לראות ביצרן GE ובנציגתו המקומית ספק בלעדי.

עם קבלת אישור תקציבי, יש להעביר חו"ד זו לרכש למימוש.

הבהרה: אנו על זמן שאול עם המוניטורים הקיימים כיוון שאין גיבוי.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתיקים: ד"ר יורם שדמי
גבי לירון דניאלי פור