

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקליאה בית שמש
יחידה מזמינה:	היחידה (רפואת) אורק, אונקולוג
תאריך:	31/08/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078812	MEDLEY 2 -LVP COMBINATION
2	1040016578	STAND

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$297,000+ מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

18 באוגוסט 2020
מספרנו: יש/0402-2020
תיק: 1-1111, 7002

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מערך אונקולוגי - חו"ד לרכישת מערכות עירוי רב ערוציות לכימותרפיה

דוא"ל מיום 10.8.2020

1. בהמשך לסימוכין עבור מערך אונקולוגי יש לרכוש המערכות שבנדון בכמות של 60 יח'.
2. המכשור אשר נמצא המתאים ביותר הוא משאבות עירוי מודולריות תוצרת BD-ALARIS, מדובר במערכת המורכבת מיחידה מרכזית (PC unit) ושתי משאבות עירוי נפחיות המתחברות ליחידה המרכזית באופן מודולרי. בין היתר, המערכת יכולה לשמש כמשאבת עירוי דו ערוצית.
3. התאמת המערכת לצרכי המערך האונקולוגי וההמטואונקולוגי נבדקה בתחומים הבאים:
 - המערכת מתאימה למתן כימותרפיה (הטיפול המרכזי והמורכב ביותר הניתן במערך) מבחינת אופן מתן התרופה, הסטים והפרוטוקולים. ראה דוא"ל גבי חנה פרס.
 - המערכת מתאימה לשימוש עם תוכנת CATO, לניהול מידע ותהליכים בתחום העירוי.
 - המערכת נבדקה על ידי הצוות הרפואי לבדיקת נוחות שימוש והתאמה לצרכי המחלקה.
 - המערכת נבדקה על ידי ניהול סיכונים.
4. הדגם שהוחלט על רכישתו על דעת ניהול סיכונים, בית המרקחת, מערך הסיעוד, הנהלת ביה"ח הכללי והנדסה רפואית הינו דגם MEDLEY תוצרת חבי BD ALARIS.
5. מומלץ לממש הצעת מחיר 420002090 של חברת BD למערכות תוצרת BD-ALARIS. ההצעה כוללת יחידות מרכזיות, מודולים של משאבת עירוי נפחית ועמודים, ומהווה בסיס לרכישת כל כמות נוספת של מע"י עירוי הכוללת כ"א יח' מרכזית+2 מודולים של משאבות עירוי נפחיות+עמוד נשיאה ייעודי.
6. יש לממש הרכישה לכמות הנדרשת כאשר ניתן לראות היצרן ספק בלעדי לנדרש. במוסד למעלה מ-150 יח' כאלה לשימוש אונקולוגי והמטואונקולוגי.

בברכה,

ד"ר יורם שדמני

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר עמיר גרינברג
ד"ר יורם שדמני
גבי אורנה רחמיניוב
גבי שרה בן-עמי