

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפ"א
יחידה מזמינה:	רפ"א
תאריך:	12/8/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085312	DUAL SHOT ALPHA 7+CEILING MOUNT+INTERFACE FOR PHILIPS SCANN

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גיא אי
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512686460
מספר ספק בשיבא	4039
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$35,900 + מע"מ

אגף הדימות
רנטגנאי ראשי

י"ט/אב/תש"פ
09/08/2020

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי "שיבא - תל השומר"
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד - רכש מזרק אוטומטי דו ראשי מתוצרת חברת NEMOTO לטובת המכון לרדיותרפיה

במכון לרדיותרפיה מוצבים שני סורקי CT מתוצרת חברת פיליפס אשר משמשים כסימולטורים לפני ביצוע הקרנות בחולים אונקולוגים. אחד הסורקים מצויד במזרק אוטומטי כאשר הסורק השני אינו מצויד במזרק, הדבר פוגע בזמינות הסורק לתכנון בחלק מהטיפולים ובשורה התחתונה מאריך את התור לסורק הראשון.

עלתה לאחרונה דרישה ע"י פרופ' צבי סיימון (מנהל המכון לרדיותרפיה) לרכוש מזרק נוסף ובכך לקצר את התורים לתכנוני קרינה ולשפר את השירות.

בגלל מגבלות מקום אנו מעדיפים מזרק תלוי תקרה, מסקר שוק שביצעתי ישנה חברה אחת המשוקת מזרק העונה על הדרישות שלנו. מזרק תלוי תקרה הוכיח את יעילותו באתרי סיטי אחרים.

לאור כל הכתוב מעלה אבקש מועדת המכרזים לראות בחברת GE המשוקת מזרקים אוטומטיים מתוצרת חברת NEMOTO היפנית כספק יחיד.

בברכה,

בכבוד רב,

סלים בדר - רנטגנאי ראשי

