



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	
יחידה מזמינה:	מעבדות
תאריך:	31.8.20

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מערכת INGENIUS מתוצרת חברת ELITECH הינה מערכת דיאגנוסטית אוטומטית מתקדמת לביצוע מגוון בדיקות מולקולריות. המערכת הינה מערכת ייחודית מאושרת FDA, CE. ייחודה של המערכת היא הטכנולוגיה המשולבת של הפקת חומצות גרעין ו- RT-PCR במהירות, והאפשרות להוספת בדיקות במועד מאוחר יותר, בהשוואה לשיטות הנהוגות היום. לא קיימת מערכת מתחרה בארץ המשלבת טכנולוגיה זו לגבי מגוון כה רחב של אנליטים נבדקים.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	ביוטרון
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	500107412
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ

אומדן / שווי ההתקשרות:	2,500,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	5 שנים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>1. לטכנולוגיה הנבחרת יש את המגוון הרחב ביותר הקיים למכשירים מסוג זה המאפשר אבחון מיקרואורגניזמים שונים (חיידקים, וירוסים, פטריות, פרזיטים) הגורמים למחלות כמו דלקת קרום המוח, מחלות מין, מחלות דרכי נשימה, מחלות דרכי העיכול, מנגוני עמידות לאנטיביוטיקות, פקטורי קרישה ומחלות גנטיות.</p> <p>2. מכל דגימה מקורית ניתן לפצל את הפלט של חומצות הגרעין בין 1-4 בדיקות מולקולריות שונות על ידי תכנות המכשיר כבר משלב הכנסת הדגימות.</p> <p>3. למכשיר ערכות מיצוי בשיטת PSS מוכנות לעבודה ואחסון בטמפרטורת חדר.</p> <p>4. יש אפשרות למיצוי חומצות גרעין מ 25 סוגי דגימות שונות כגון: דם, פלסמה, שתן, CSF ועוד.</p> <p>5. למכשיר מנגנון לשמירת חומצות גרעין לאחר תהליך הפקה במבחנת אפנדורף ייעודית לשימוש עתידי או בדיקה חוזרת.</p> <p>6. עבור כל אנליטי קיים MELTING CURVE כחלק מתהליך הבדיקה במידת הצורך.</p> <p>7. אפשרות הרצת מולטיפלקס עד ששה ערוצים שונים.</p>
--

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אבקש לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית	ד"ר שרית פרימן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית