



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2

---

פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

אל: ועדת המכרזים

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המרכז הרפואי הלל יפה
תאריך:	10/09/2020

**הגידון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
אספקת שירותי אחזקה למערכת המים בחדר אוסמוזה הפוכה עבור אספקות מים למכון הדיאליזה. השירות כולל טיפולים תקופתיים למערכת, החלפת מכלולים וציוד מתכלה, ביצוע חיסויים תקופתיים, תחזוקת שבר ותחזוקה יזומה.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	אקוואטק מערכות טיהור מים בע"מ.
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	513155291
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	400000
תקופת ההתקשרות:	4 שנים

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

## נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

### נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

הספק אקוואטק, מערכות טיהור מים בע"מ, זכה במרכז בעבר ונתן שירותים למערכת. במסגרת השירות והדרישות שנבעו מתיקוף נוהל המודיאליזה משנת 2014 בוצעו במערכת שינויים, שידרוגים והתאמת המערכת לתקנים החדשים. בוצעה הסבה לשינוי האביזרים ממערכת פניאומטית למערכת אלקטרומכנית. חלק עיקרי בשינויים שבוצעו במערכת הוא החלפת מערכת הבקרה והשליטה למערכת בקרה מרכזית עם תכנה סגורה ובלעדית שרק הספק הזה יכול לתת לה שירות. בנוסף לכך תת מערכת בקרה למערכת משלימה של חיטוי בחום. מערכות הבקרה הללו סגורות ולא ניתן לבצע שינויים על-ידי חברה אחרת מלבד אקוואטק. בשל רגישות המערכת והצורך בשמירה על רציפות תפקודית רכש המרכז הרפואי סט של חלקים לבקר לרבות תכנה וחומרה למקרה בו הבקר יושבת במטרה לשמר זמינות. לאור האמור לעיל והמורכבות של המערכת, הספק הינו הספק היחיד שיכול לתמוך בתחזוקת מערכת זו ולאפשר את המשך פעילותה.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס ראשי	רון אדרי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית