

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

20202407

מספר	20202407
תאריך	16.08.20
מספר	16.08.20

\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

הערה: תחולת ההתקשרות (רקע) תיבדק על ידי הממונה / המנהל / העוזר
תוספת מודולים של תוכנת ואריין למכון רדיותרפיה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא V

ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ טובין שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

ואריי פתרונות אונקולוגיים	מספר התקשרות
(102040) 516862670	מספר הספק
_____ V _____ ספק יחיד	שם הספק היחיד
ספק חוץ _____	ציון / שם המספק
שנתיים	הערכת ההתקשרות

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

<p>במכון הרדיותרפי קיימים מאיצים, תחנות עבוד יעודיות, שרתים יעודיים ותוכנה יעודית לניהול רצפת הייצור של המכון וביצוע החישובים הרלוונטיים לטובת נושא הקרינה. במסגרת תוכנית העבודה נדרש להוסיף מספר מודולים לתוכנה כדי לשפר את תהליכי העבודה במכון. רק חברת ואריי Varay יכולה לספק את המודולים הללו ולהמשיך ולתת תמיכה ותחזוקה למערכת. אבקש לראות בחברה ספק יחיד ולאשר התקשרות איתם לנושא זה.</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

[חתימה]



מנהל מערכות מידע	שימי ארנסט
[חתימה]	[חתימה]