

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(נפרט/אור בקיח שלבא)
יחידה מזמינה:	(הרפואה רפואית)
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080586	GS SPECTRUM SU W.MOBILE STAND INCL 2 BOXES OF SINGLE USE BLA

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים) _____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$11,750 + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

דחוף

19 באוגוסט 2020
מספרנו: יש/2020-0416
תיק: 6-1130, 2001

לכבוד
גב' גילי נעים
1 א 2

הנדון: המח' לרפואה דחופה – חוו"ד לרבישת מע' וידאולרינגוסקופ לאינטובציות קשות

דוא"ל דר' עירוני מיום 17.8.2020

נדרש מכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

במלר"ד קיים דגם SPECTRUM מיום 17.12.2019.

במחלקה קיימות מרכות מתוצרת VERATHON ועל מנת לשמור על אחידות ושימוש בלהבים הקיימים יש להמשיך ולרכוש מערכת מיצרן זה. ניתן לראות היצרן ונציגתו ספק יחיד לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

הבהרה: מחב' בפקס נמסר כי תוך שבועיים יקבלו המכשיר מחו"ל אבל על מנת להבטיח אותו למיון יש לתת התחייבות כתובה עד יום ראשון למימוש.

בברכה,
דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: דר' עמיר גרינברג
דר' אבי עירוני
דר' יורם שדמי
גב' אורנה רחמינוב