

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקניאון ל"ה לים
יחידה מזמינה:	ה. (נסה הפאזית / סקריות) אלה
תאריך:	12.10.20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085486	NUSM368 AFFINITI 30 ULTRASOUND SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$33,245 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387
1

ז ת ו ף

16 בספטמבר 2020
מספרנו: יש/2020-0448
תיק: 2-1125, 9015

לכבוד
גבי גילי נעים
כ א 1

הנדון: סקר מנהלים – מכשיר אקו

בסקר מנהלים מצוי מכשיר אקו דגם IE33 תוצרת פיליפס משנת 2008.

עקב חדירת נוזלים נגרם נזק גדול למכשיר המחייב את החלפת המחשב הראשי וספק כח ראשי.

לנוכח גיל המכשיר וההיסטוריה שלו (ניזוק בקורונה) אין כדאיות כלכלית במימוש התיקון (53,403 ₪ כולל מ"מ) – המכשיר יושבת.

רצ"ב הודעת חבי מדטכניקה לרכישת דגם אינפיניטי 30 מהדגמה למסירה מיידית עם אחריות לשנה כחלופה הטובה, התואמת והמהירה ביותר הניתנת למימוש מידי.

בבדיקה עם פרופ' פיינברג הובהר כי דגם אינפיניטי תואם לנדרש. דגמי המכשור ברמת SPARQ ו- VENEU GO אינם תואמים לנדרש עקב רמתם הנמוכה.

לנוכח הצורך החיוני במכשיר יש לממש הרכישה בדחיפות.

הערה: נמסר לי כרגע כי במכון הלב מחזירים דגם IE33 למדטכניקה במסגרת עסקת רכישה שלא ידועה לנו ולכן אולי ניתן להשאיר הדגם התקין כחלופה לחשבתה.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתקים: פרופ' מיכה פיינברג
ד"ר יורם שדמי
גבי קרן כהן-טרומן
מר גיל דר