

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	נבג' א"מ
יחידה מזמינה:	ליירו כירורגיה
תאריך:	12/10/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G
1	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$36,800 + מע"מ





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

20 באוגוסט 2020  
מספרנו: יש/2020-0421  
תיק: 1019-1, 1111-12

לכבוד  
גב' גילי נעים  
כאן

הנדון: ט.נ. נוירוכירורגיה – חו"ד לרכישת משאבות מזרק

דוא"ל מיום 19.8.2020

בהמשך לסימוכין אושרה רכישת המכשור הנדון בכמות 12 יח'.

משאבות המזרק הנפוצות ביותר בבית חולים הינן מדגם GH GR תוצרת ALARIS.

דגם זה מספק מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד.

בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות הנדרשת מדגם GH GR תוצרת ALARIS, המיוצגת ע"י חב' BD ישראל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: ד"ר ילנה מישוק  
ד"ר יורם שדמי  
גב' אורנה רחמינוב  
גב' מלי זנדר



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

20 באוגוסט 2020  
מספרנו: יש/0423-2020  
תיק: 1019-1, 1111-1

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: טיפול נמרץ נוירוכירורגיה - חו"ד לרכישת משאבות עירוני נפחיות

דוא"ל מיום 19.8.2020

בהמשך לסימוכין פריט יש לרכוש המכשור הנדון בכמות של 4 יח'.

משאבות עירוני נפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים מדגם ASENA GP PLUS תוצרת BD (ALARIS).

דגם זה מספק את המענה המתאים ביותר לדרישות העירוני מהיבט קליני, מהיבט הסיעודי וכן מהיבט ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות לשימוש נכון ובטיחותי, כולל השימוש וההתאמה של הסטים, ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.

המכשור מתוצרת BD (ALARIS) נמצא המתאים ביותר לשימוש באספקט בטיחות חולה בדגש על שימוש בפרוטוקולים והצגת הנתונים הקריטיים על המסך, ובהתייחסות ללחצנים ברורים ורחוקים זה מזה ולבהירות ההצגה של התרופה והמינון (פרמטר מרכזי במיוחד במקרים של שימוש במספר רב של משאבות עירוני בו זמנית).

בהתייחסות לתוכנה וממשק המשתמש, מדובר במכשור מתקדם מבחינת פרוטוקולים וספריית תרופות אשר מתאים ליישום לתרופות קיימות ולתרופות חדשות תוך מתן מענה למגוון הצרכים הקליניים של ביה"ח, בדגש על טיפול במטופלים קשים ומורכבים.

קיימת חשיבות קריטית לשמירה על אחידות ציוד העירוני מטעמי בטיחות חולה, וזאת מתוך הסתכלות כוללת על מערך מכשור העירוני בבית החולים כתחום חוצה מחלקות ונושאים קליניים.

לפיכך יש לרכוש הכמות הנדרשת מדגם ASENA GH PLUS תוצרת ALARIS, המיוצגת ע"י חב' BD ישראל.

הערה: הצעת מחיר טרם התקבלה (עלות משאבה ברשותך מרכישה של הימים האחרונים).

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר ילנה מישוק  
ד"ר יורם שדמי  
גבי אורנה רחמינוב  
גבי מלי זנדר