

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאל	משרד:
לייבוביץ	יחידה מזמינה:
12/11/20	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095084117	FLEXIBLE INTUBATION VIDEO ENDOSCOPE SET 5.5 X 65
1	1095076626	מערכת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות
2	1040011900	C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE D-BLADE
4	1040010779	PLASTIC CONTAINER FOR FLEXIBLE ENDOSCOPES


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

ברסלוער	שם הספק:
511053118	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1089	מספר ספק בשיבא



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 באוגוסט 2020
מספרנו: יש/2020-0419
תיק: 1019-1, 1130-6

לכבוד
גבי גילי נעים
כ.א.ן

הנדון: ט.ג. נוירוכירורגיה – חו"ד לרכישת וידאו-לרינגוסקופ לאינטובציות קשות

דוא"ל מיום 19.8.2020

בהמשך לסימוכין (פריט 2) רכישת מעי וידאו-לרינגוסקופ לאינטובציות קשות מחבי STORZ דגם C-MAC הכוללת את הפריטים הבאים:

- מוניטור C-MAC מק"ט 8403ZX (פריט 1 בהצעה)
- כבל למוניטור מק"ט 8403X (פריט 2 בהצעה)
- מעמד 0עגלה) נייד אנטיסטטי מק"ט 840YA (פריט 3 בהצעה)
- להב מסוג B-BLADE למבוגרים מק"ט 8403HXK (פריט 4 בהצעה)
- וידאו ברונכוסקופ גמיש דגם CMOS, מק"ט 11303BNXX בעל קצה דיסטלי בקוטר 5.5 מ"מ –מיועד לאינטובציות קשות בחולים ערים (פריט 5 בהצעה)
- מיכל אחסון עבור עיקור מק"ט 39402AS.

מעי CMAC כוללת מעי וידאו המאפשרת בנוסף ללהבים הנ"ל חיבור של וידאו ברונכוסקופ גמיש. היתרון שבשימוש וידאו ברונכוסקופ גמיש זה הינו במיקום המצלמה (CCD UNIT) המצוי בקצה הדיסטלי של הברונכוסקופ, מצב המאפשר קבלת תמונה ברזולוציה גבוהה מאוד, כאשר חדות התמונה מעולה (מצב שלא ניתן להשוואה לברונכוסקופ פיבראופטי בו המצלמה אינה בקצה הדיסטלי).

ברונכוסקופ זה כולל מקור אור מסוג LED המובנה בו (אין צורך במקור אור חיצוני + כבל פיבראופטי).

יש לממש הרכישה המבוקשת מחבי ברסלוער בהתאם להצעת המחיר על כל מרכיביה.

תינתן אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: ד"ר ילנה מישוק
ד"ר יורם שדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי מלי זנדר