

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ח.נ. עיר/טורע.
תאריך:	29/10/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095085825	ABDOMINAL PROBE
2	1095085817	LINEAR PROBE , HOKEY STICK
1	1095085791	COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM 17INCH PREMIER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדליף בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514605658
מספר ספק בשיבא	52900
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

26 באוקטובר 2020  
מספרנו: יש/2020-0475  
תיק: 1016, 1125

לכבוד  
גב' גילי נעים  
**2 א**

**הנדון: ח.נ. נוירוכירורגי – חו"ד לרכישת אולטראסאונד הנתמך ע"י מע' ניווט תוצרת מדטרוניק**

- א. דוא"ל גב' דניאל-פור מיום 12.8.2020
- ב. דוא"ל גב' דניאל-פור מיום 25.10.2020
- ג. דוא"ל דר' צבי כהן מיום 25.10.2020

בהמשך לסימוכין אי (פריט 19 ברשימה) אושרה רכישת המכשיר שבנדון.

בשימוש ח.נ. נוירוכירורגי מכשיר אולטראסאונד תוצרת ALOKA דגם 3500 אשר התמיכה בו הופסקה בשנת 2017.

עקב נזק למתמר דגם UST-MC11-8731 שלא ניתן לתקנו ואין יכולת לקבלת חלופה מאחר והתמיכה אינה קיימת, נדרשת החלפת המכשיר על כל המשתמע מכך.

מחב' מדטרוניק נמסר כי אולטראסאונד דגם ALPHA-7 תוצרת ALOKA הינה המערכת היחידה הנתמכת כיום ע"י מע' הניווט דגמים S7, S8 מתוצרתה.

בסימוכין ג' מבהיר דר' כהן הצורך במכשיר כאשר נדרשים מתמרים כמפורט להלן:

דגם CONVEX 9136 מיועד ל-SMALL PARTS בתחום תדרים 5-13MHz עבור B MODE ו-M MODE – מיועד לניתוחי עמו"ש להסתכלות על נגעים בחוט השדרה ובסמיכות אליו.

דגם CONVEX 9120 מיועד ל-INTRAOPERATIVE ו-SMALL PARTS ו-NEONETAL HAED בתחום תדרים 5-10MHz עבור B MODE ו-M MODE – מתמר סטנדרטי להסרת תהליכים תוך מוחיים בעיקר גידולים, **מתחבר למערכת הניווט.**

דגם LINEAR 536 מיועד ל-INTRAOPERATIVE PITUITARY TUMORS בתחום תדרים 6-12MHz עבור B MODE ו-M MODE – מיועד לניתוחי היפופיזה שנעשים בגישה טרנס-ספנואידלית בחלון מאוד צר וניתוחים מיקרוכירורגיים.

דגם PHASED ARRAY 52114P מיועד ל-INTRAOPERATIVE BURR HOLE DESIGN בתחום תדרים 3.5-8MHz עבור B MODE ו-M MODE – מתמר קטן המיועד להסתכלות דרך חור קידוח להכנסת נקז תוך חדרי או מחט ביופסיה.

רצ"ב הצעות חב' מדליף אותן יש לממש על כל סעיפיהן.

מאחר ומדובר במכשיר ייעודי וייחודי המתאים לשימוש במערכות הניווט הקיימות בשימוש הנוירוכירורגים, ניתן לראות ביצרן ALOKA ובנציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

תקופת אחריות שנתיים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן. ספרות הפעלה ושירות יכללו בהזמנה.

בברכה,

דר' יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעות מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין  
דר' צבי כהן  
דר' נחשון קנוולר  
דר' יורם שדמי  
גב' לירון דניאל-פור